

Poznań, dnia 10.12.2010
EZ/8382/2010

Wg rozdzielnika:

Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 139/2010 Zakup i dostawa środków, materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z pakietu nr 1 rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji.

Wobec wydzielenia pozycji Pakiet nr 1 otrzymuje brzmienie:

1. Torebki papierowo foliowe

Opis produktu

Jednorazowe opakowania do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu o konstrukcji , wykonania zgodnej z normami PN-EN-868 , papier o gramaturze 60-70 g/m², wymagana charakterystyka materiału potwierdzająca parametry wystawiona przez producenta

Folia wielowarstwowa / bez warstwy kleju / , wymagana charakterystyka folii

Wszystkie napisy w języku polskim, napisy i testy na parę , tlenek etylenu oraz formaldehyd poza przestrzenią pakowania, **między warstwami folii** .Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania , na produkcie musi znajdować się numer serii. Dystrybutor , lub producent zobowiązany jest przedstawić świadectwo zgodności z Dyrektywą CE 93/42 , rejestr wyrobów medycznych , dane o produkcie zawarte w tabeli tj. zawartość metali ciężkich,

wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i w poprzek na sucho i mokro , czas przydatności do użytku

Zgrzew fabryczny wielokrotny

Rozmiary $\pm 5\%$ w centymetrach

5 x 25 - 24 tyś szt
7,5 x 17,5 - 24 tyś szt
7,5 x 15 - 25 tyś szt
7,5 x 20 - 24 tyś szt.
7,5 x 25 - 24 tyś szt
7,5 x 30 - 48 tyś szt
10 x 25 - 24 tyś szt
10x27 - 24 tyś szt
10x30 - 24 tys szt
10 x 40 - 24 tys szt
12x40- 24 tyś szt
15x 20 - 24 tyś szt
15x27 -36 tyś szt
15x 32 -24 tyś szt
15x36 -24 tyś szt
15x38 -24 tyś szt
21x28 -36 tyś szt
21x32 -24 tyś szt
21 x35 -24 tyś szt
21 x40 -24 tyś szt
25 x 28 - 40 tyś
30 x50 - 36 tyś szt

2. Taśma do zamykania pakietów sterylizacyjnych wykonana z papieru krepowanego z naniesioną warstwą kleju o szerokości 19 mm, ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną
Długość rolki 50 m -ilość 50 szt

Z wyłączonej pozycji z Pakietu nr 1 tworzy się pakiet nr 4, który otrzymuje brzmienie:

1. Rękawy papierowo- foliowe do sterylizacji

Opis produktu ;

Jednorazowe opakowania do sterylizacji i przechowywania materiałów wysterylizowanych tzw. papier –folia .Gramatura papieru medycznego 60g/m^2 , folia wielowarstwowa ,kompozyt poliestru i polipropylenu o grubości powyżej $50\ \mu\text{m}$. Na bokach opakowań nadruki testów chemicznych do sterylizacji parą wodną , oraz tlenkiem etylenu i formaldehydu , opisy w języku polskim .

Opakowanie musi odpowiadać normie PN-EN 868 ,temperatura zgrzewu opakowania musi mieścić się w granicach $170\text{-}200\ ^\circ\text{C}$, na produkcie musi się znajdować numer serii , musi być zaznaczony kierunek otwierania opakowania .

Dystrybutor/ oferent jest zobowiązany podać dane producenta rękawów , świadectwo zgodności z Dyrektywą CE 93/42, dane dotyczące produktu przedstawione w tabeli, a przede wszystkim zawartość metali ciężkich wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i w poprzek na sucho i na mokro , ilość warstw folii bez warstwy kleju , określić na piśmie czas przydatności do użytku jeżeli nie ma tej daty na opakowaniu .

WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA

Rękawy

7,5 cm / 200 m – 15 szt

10 cm / 200 m – 15 szt

12 cm / 200 m – 15 szt

15 cm / 200 m – 15 szt

20 cm / 200 m - 15 szt

30 cm / 200 m – 10 szt

40 cm / 200 m – 10szt

Wartości zamówienia na 2 lata , towar dostarczany sukcesywnie przez okres przetargu z minimum roczną datą przydatności do użytku .

PYTANIE

Dot. Pakietu nr 1

Zwracamy się z prośbą aby Zamawiający wydzielił z pakietu nr 1, pozycje dotyczące rękawów foliowo- papierowych i stworzył oddzielne zadanie. Umożliwi to złożenie ofert większej ilości oferentów i tym samym wybór lepszej oferty.

ODPOWIEDŹ

Odpowiedź jak powyżej.

Jednocześnie Zamawiający informuj, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Składanie ofert do dnia 21.12.2010 do godz. 09.00

Otwarcie ofert w dniu 21.12.2010 o godz. 10.00

Z poważaniem,