

Poznań, dnia 14.12.2010
EZ/8514/ 2010

**Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie
publiczne.**

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 132/2010 Zakup i dostawa implantów
do rekonstrukcji piersi

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

Dotyczy Przedmiotu Zamówienia opisanego w Pakiecie nr 1, poz.2

Czy Zamawiający dopuści implanty okrągłe teksturowane, 1 rodzaj żelu, 3 profile, pojemność 95-695 ml?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe implanty pod warunkiem iż są do nich ekspandery.

PYTANIE

Dotyczy Przedmiotu Zamówienia opisanego w Pakiecie nr 1, poz.3

Czy Zamawiający dopuści implanty anatomiczne teksturowane, 2 rodzaje żelu, 1 profil anatomiczny wysoki, pojemność 170-535 ml?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe implanty pod warunkiem iż są do nich ekspandery.

PYTANIE

Prosimy o wydzielenie pozycji 2 i 3 w pakiecie nr 1 i utworzenie z niej odrębnego pakietu.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu. Stworzenie pakietu zakłada kompatybilność używanych ekspanderów i protez ostatecznych, dlatego nie ma możliwości wydzielenia osobnych pakietów proponowanych przez firmę.

Rozdzielenie pakietów może spowodować stosowanie produktów dwóch różnych firm i tym samym szereg konsekwencji z tym związanych. Wymogiem specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest spójność ekspanderów i protez - w jednym systemie, z jednej firmy, dopasowane rozmiarowo. Pakiet winien

zawierać ekspandery i protezy jednego producenta, co gwarantuje odpowiedni dobór protez po wcześniejszym zastosowaniu ekspanderów. Między innymi zapobiegnie to ewentualnym roszczeniom sądowym w razie niepowodzeń operacyjnych.

PYTANIE

Dotyczy Pakietu nr 3:

Prosimy o wydzielenie pozycji nr 1 i nr 3 oraz utworzenie z nich osobnego pakietu.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu. Stworzenie pakietu zakłada kompatybilność używanych ekspanderów i protez ostatecznych, dlatego nie ma możliwości wydzielenia osobnych pakietów proponowanych przez firmę.

Rozdzielenie pakietów może spowodować stosowanie produktów dwóch różnych firm i tym samym szereg konsekwencji z tym związanych. Wymogiem specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest spójność ekspanderów i protez - w jednym systemie, z jednej firmy, dopasowane rozmiarowo. Pakiet winien zawierać ekspandery i protezy jednego producenta, co gwarantuje odpowiedni dobór protez po wcześniejszym zastosowaniu ekspanderów. Między innymi zapobiegnie to ewentualnym roszczeniom sądowym w razie niepowodzeń operacyjnych.

Z poważaniem,