

Poznań, dnia 18.04.2008

EZ/...2330...../2008

**Wg rozdzielnika  
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 36/2008 – sprzęt medyczny jednorazowego użytku - sterylny.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

PYT: dotyczy pakietu 2 pozycja II igły do portów bez drenu. Czy Zamawiający dopuści igłę do portu z drenem, która wytrzyma 4 bar? Proszę o podanie uzasadnienia medycznego dla żądania Zamawiającego aby igła z drenem wytrzymała 5 bar.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednocześnie nadmienia się iż nie ma wymogu parametru ciśnienia w pozycji 2 pakietu II.

Zapis w specyfikacji brzmi:

**„2. Igły do portów bez drenu.**

20G(0,9 x 20mm) 300 szt.

22G(0,7 x 20mm) 300 szt.

Zakrzywione pod kątem 90° do portów naczyniowych o specjalnie profilowanym zakończeniu, służące do średnio i krótko terminowych wlewów. Sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim.”

Z poważaniem,  
inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych