

Poznań, dnia 14.04.2008  
EZ/.....2199...../2008

**Wg rozdzielnika**  
**Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 36/2008 – sprzęt medyczny jednorazowego użytku - sterylne.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

*PYTANIE:* Pakiet nr 1 Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych 18G 1,25/90 mm? Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych typu Quincke 22 G 0,7/75 mm ?

**ODPOWIEDŹ:** Nie dopuszcza się. Uzasadnienie - Zamawiający wymaga rozmiarów igieł zgodnych z opisami specyfikacji, ponieważ są to igły do specjalistycznych badań histopatologicznych przy których wymagana jest ściśle określona długość i grubość.

*PYTANIE:* Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 wymaga, aby igły posiadały blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym strzałem?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, wymagane są igły z blokadą przed przypadkowym strzałem.

*PYTANIE:* Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 wymaga aby igły wyposażone były w dodatkowy mandryn oraz zatyczki?

**ODPOWIEDŹ:** Tak.

*PYTANIE:* Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 dopuści igły ze zdejmowalną kaniulą zewnętrzną, która umożliwi wielokrotne przeprowadzenie zabiegu?

**ODPOWIEDŹ:** Dopuszcza się igły ze zdejmowalną kaniulą zewnętrzną.

**UWAGA:** Zamawiający modyfikuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pakiecie nr V w pozycji nr 1 dodając n/w :

1. Igła musi posiadać blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym wkłuciem.
2. Do każdej igły, jako komplet musi być dołączony dodatkowy mandryn i zatyczka.
3. Sprężyna mocna, dobrze sprężynująca.

Z poważaniem,  
inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych