

Poznań, dnia 08.04.2008
EZ/...2045...../2008

Wg rozdzielnika
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 36/2008 – sprzęt medyczny jednorazowego użytku - sterylny.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

PYTANIE: Dotyczy pakietu 2 pozycja II igły do portów bez drenu.

Czy Zamawiający dopuści zakrzywioną igłę do portów bez drenu o rozmiarze 22GX25mm zamiast 22GX20mm

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszcza się igłę 22GX25mm.

PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści zakrzywioną igłę do portów bez drenu o rozmiarze 23GX20mm zamiast 22GX20mm

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszcza się igieł cieńszych niż 22G.

*PYTANIE: Dotyczy pakietu 2 pozycja III Przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych typu INTRAFIX. Proszę o wydzielenie Przyrządu do przetoczeń płynów infuzyjnych typu INTRAFIX, do oddzielnego pakietu. **Uzasadnienie:** w Polsce jedynie Firma Aesculap-Chifa Sp.z o.o posiada w swoim asortymencie zarówno igły do portów jak i przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych typu INTRAFIX. Nie wydzielenie tego punktu do oddzielnego pakietu może być traktowane jako ograniczenie konkurencji w rozumieniu Prawa Zamówień publicznych.*

ODPOWIEDŹ: Tak, zamawiający wyłącza z pakietu 2 pozycję III. Tworzy się dla poz. III pakiet 2A.

UWAGA:

Zamawiający ustalił nowe terminy przetargowe.

- Termin składania ofert do dnia 21.04.2008 r. do godz. 9.00

- Termin otwarcia ofert w dniu 21.04.2008 r. o godz. 10.00

Z poważaniem,
inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych