

Poznań, dn. 20.12.2010 r

EZ/ 8588 /2010

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 141/2010 na zakup i dostawę błon, odczynników rtg, kaset oraz płyt CD-R dla Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Wielkopolskie Centrum Onkologii, informuje że wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do wymienionego w tytule przetargu, na które zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie zapisu w pkt. 5 w Warunkach Granicznych Realizacji Przedmiotu Zamówienia. Co rozumieją Państwo pod określeniem „Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze względu na wadę rzeczy sprzedanej„? Przedmiot zamówienia dostarczany w ramach umowy zgodnie z zapisami SIWZ będzie objęty co najmniej 12 miesięcznym okresem gwarancji jakości a ponadto wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Czy mimo takich zapisów zastrzegają sobie Państwo prawo do odstąpienia od umowy ze względu na wadę rzeczy sprzedanej bez wcześniejszego skorzystania z w/w możliwości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę siwz w zakresie punktu III (Opis przedmiotu zamówienia), odnośnie warunków granicznych realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie punktu 5 dotyczącego prawa odstąpienia od umowy z uwagi na wadę rzeczy sprzedanej w sposób zaproponowany przez wykonawcę.

Uwzględnienie wniosku wykonawcy nie jest możliwe, z uwagi na to, że w sytuacji, w której sprzedana rzecz będzie miała wady prawne, fizyczne lub nie będzie posiadać wymaganych parametrów technicznych jakościowych w interesie zamawiającego leży pozostawienie sobie możliwości odstąpienia od umowy. Z punktu widzenia działalności zamawiającego jako podmiotu świadczącego usługi w zakresie ochrony zdrowia nie można wykluczyć, iż odstąpienie od umowy będzie korzystniejsze niż korzystanie np. z uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi. Może bowiem okazać się, iż wada jest tak istotną, iż dla zamawiającego dalsze korzystanie materiałów, będących przedmiotem zamówienia jest niecelowe.

Jednocześnie z uwagi na omyłkowe niezawarci w projekcie umowy postanowienia przyznającego zamawiającemu uprawnienie do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia wady rzeczy sprzedanej, zamawiający modyfikuje treść załącznika numer 5 do siwz stanowiącego projekt umowy w ten sposób, że do § 3 dodaje ust. 25 w następującym brzmieniu:

„25. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy z uwagi na wadę fizyczną lub prawną dostarczonych Materiałów lub niezgodność ich parametrów technicznych lub jakościowych z ofertą złożoną przez Wykonawcę, w drodze oświadczenia złożonego Wykonawcy

na piśmie w terminie 3 miesięcy od dnia stwierdzenia wady lub niezgodności, o których mowa powyżej.”

Pytanie 2

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie błon mammograficznych o $D_{max} > 4,30$

Odpowiedź: NIE - zamawiający nie dopuszcza błon mammograficznych o $D_{max} > 4,30$. W/w błony charakteryzują się niższą czułością niż błony stosowane w naszej pracowni. W związku z tym, mając na uwadze dobrą jakość otrzymywanego zdjęcia, z odpowiednią ilością szczegółów - co jest nieodzowne w badaniu mammograficznym, nie możemy zmieniać jakości błon.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga oświadczenia autoryzowanego serwisu producenta urządzeń Drystar 3000 i Drystar 5500 - firmy Agfa Healthcare NV, że oferowane filmy są kompatybilne z w/w drukarkami i że ich użytkowanie:

- nie spowoduje uszkodzenia głowicy termicznej,
- nie będzie wymagało ponoszenia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów upgrade oprogramowania w przypadku zmiany oprogramowania chipów w paczkach dostarczanych filmów w okresie obowiązywania umowy na dostawę filmów

Odpowiedź: TAK - zamawiający wymaga takiego oświadczenia

W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert z dnia 22.12.2010r na 27.12.2010r przy czym składanie ofert do godz. 9.00 i składanie ofert o godz. 10.00.

Pytanie IV

4. Dotyczy wzoru umowy § 9. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu „Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego oraz jakiegokolwiek osoby trzecie, powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, w tym także spowodowane zaistnieniem zdarzeń losowych oraz nieszczęśliwych wypadków”. Pragniemy zauważyć, iż Wykonawca nie ma najmniejszego wpływu, pomimo wszelkich swoich starań, na zaistnienie bądź nie nieszczęśliwych wypadków czy innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści załącznika numer 5 do siwz stanowiącego projekt umowy w zakresie wykreślenia zeń § 9 ust. 1 i 2.

Wykonawca jako podmiot zobowiązany do dostarczenia objętego zamówieniem publicznym sprzętu medycznego w miejsce wskazane przez zamawiającego musi ponosić odpowiedzialność za szkody poniesione podczas wykonywania przezeń swojego zobowiązania zarówno przez osoby trzecie, jak i samego zamawiającego. Jest to normalne ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Należy także zwrócić uwagę na treść ust. 2 § 9, zgodnie z którym opisane ryzyko obciąża wykonawcę do momentu dokonania odbioru sprzętu medycznego przez zamawiającego, w związku z czym zasadniczo wykonawca odpowiada wyłącznie za swoje działania oraz sposób wykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy. Nie ma zatem podstaw, aby tę odpowiedzialność przenieść na jakikolwiek inny podmiot, w szczególności na zamawiającego. Nie ma także podstaw do wyłączenia odpowiedzialności wykonawcy w powyższym zakresie.

Z poważaniem

p.o. zastępcy Dyrektora ds. leczenia

dr n. med. J Jerzy Mazurek