

Poznań, dnia 14.01.2011
EZ/375/ 2011

**Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie
publiczne.**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 4/2011 Zakup, dostawa i montaż
aparatu ekg**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

1. Czy Zamawiający zgodzi się na aparat wysokiej klasy z prędkością zapisu 5/10/25/50
 - o czułości 2,5/5/10/20 mm mv
 - o wzmocnieniu sygnału powyżej 110 dB
 - o paśmie częstotliwości 0,05-150Hz
 - wbudowany zasilacz pozwala na wykonanie 30 badań
 - o wadze 4,2kg
2. Impedencja wejściowa jest podana w błędnej wielkości występuje 10MOhm a nie 100MOhm.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę

Jednocześnie wykreśla się błędny przedmiot zamówienia z załącznika nr 2 :

~~**APARAT DO OTOEMISJI AKUSTYCZNEJ**~~

Z poważaniem,