

Poznań, dnia 2011-01-14  
EZ/\_\_\_\_327/1\_\_\_\_/2011

**Wg rozdzielnika**  
**Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 6/2011 – SPRZĘT MEDYCZNY NIESTERYLNY .

**Odpowiedzi na pytania.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

**Pytanie:** pakiet 1, pozycja 1 - Czy zamawiający wymaga kaczek o pojemności 900 ml?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza tę pojemność. Wymogiem pojemności oferowanych kaczek jest przedział od 800 ml - 950 ml.

**Pytanie:** pakiet 1, pozycja 3 - Czy zamawiający wymaga basenu dużego płaskiego o pojemności 2 l. ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza tę pojemność. Wymogiem pojemności oferowanych basenów jest przedział od 1,8 l. – 2 l.

**Pytanie:** pakiet 3, pozycja 1 - Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie = 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? Łączna ilość opakowań wyniosłaby 3750.

**ODPOWIEDŹ:** Tak, dopuszcza.

**Pytanie:** pakiet 4, pozycja 1 - Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy Karasiński drenem o długości 145 cm?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, dopuszcza się.

Z poważaniem,  
*p.o. Zastępcy Dyrektora  
ds. Lecznictwa*

*dr n. med. J. Jerzy Mazurek*