

Poznań, dnia 2011-01-17
EZ/____327/2____/2011

Wg rozdzielnika
Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 6/2011 – SPRZĘT MEDYCZNY NIESTERYLNY .

Odpowiedzi na pytania.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

Pytanie 1: pakiet 4 - Czy zamawiający wymaga zestaw do lewatywy sterylnej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 2: pakiet 4 - Czy zamawiający dopuści dren o długości min. 100 cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3: pakiet 4 - Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy zakończony.

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszcza.

Pytanie 4: pakiet 4, pozycja 1 - Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy Zakończony miętko wyoblonym zakończeniem z 2 otworami bocznymi i otworem końcowym?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszcza się.

PYTANIE 5: Pakiet nr 3. Zwracamy się z prośbą o możliwość podania ceny za opakowanie handlowe kieliszków a'70szt., z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości z zaokrągleniem w górę tj. 4286 opakowań. Kieliszki pakowane po 70 szt. są powszechnie stosowaną jednostką sprzedaży.

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszcza się.

PYTANIE 6: Pakiet nr 4. Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania zestawu do lewatywy z drenem o długości 145 cm.

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 7: Czy zamawiający dopuści żel w opakowaniu a"25g?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 8: Dotyczy Pakietu Nr 7

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu elektrody dla dorosłych na piance z żelem stałym w rozmiarze 32x40 mm lub 37x41mm lub 50x35mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza o wymiarach 50 x 35 mm .

Pytanie 8: Dotyczy Pakietu Nr 8

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu jednorazowe jałowe szczoteczki z gąbką z antyseptycznym 7,5% roztworem jodopowidonu do mycia rąk przed zabiegami chirurgicznymi.

Szczoteczka zaopatrzona jest z jednej strony w nylonową szczotkę, a z drugiej w miękką gąbkę nasączoną 7,5% roztworem jodopowidonu. Jej kształt zapewnia użytkownikowi wysoki komfort i łatwość posługiwania się. Każda szczoteczka zaopatrzona jest w szpatułkę-pilniczek do czyszczenia paznokci.

Odpowiedź: Nie zamawiający nie dopuszcza nasączenia 7,5 % roztworem jodopowidonu.

Zamawiający wymaga szczotki do chirurgicznego mycia rąk spełniającej poniższe wymagania:

- jednorazowego użytku
- pakowane osobno, pojedynczo
- posiadające szczecinę wykonaną z miękkiego polietylenu z jednej strony szczotki i polietylenową gąbką z drugiej strony
- nasączone 4% chlorneksydyną
- na każdej szczotce ulotka w języku polskim,
- na opakowaniu każdej szczotki - data ważności i skład płynu w którym szczotka nasączona
- w każdym pojedynczym opakowaniu powinien znajdować się pilniczek do paznokci

Pytanie 10: Dotyczy Pakietu Nr 8

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu jednorazowe jałowe szczoteczki z gąbką nasączoną antyseptycznym 4% diglukonianem chlorheksydyny do mycia rąk przed zabiegami chirurgicznymi.

Szczoteczka zaopatrzona jest z jednej strony w nylonową szczotkę, a z drugiej w miękką gąbkę nasączoną 4% roztworem diglukonianu chlorheksydyny. Jej kształt zapewnia użytkownikowi wysoki komfort i łatwość posługiwania się. Każda szczoteczka zaopatrzona jest w szpatułkę-pilniczek do czyszczenia paznokci.

Odpowiedź: Tak.

Z poważaniem,
*p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa*

dr n. med. J. Jerzy Mazurek