

Poznań, dnia 14.01.2011
EZ/325/ 2011

**Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie
publiczne.**

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 7/2011 Zakup i dostawa środków
higienicznych

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

Dotyczy pakietu nr 2:

Gotowe do użycia chusteczki dezynfekujące, bez alkoholi i bez aldehydów, służące do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, szczególnie głowice sond USG. Chusteczki wykonane z materiału PET o gramaturze 60 g/m², w opakowaniach typu flow-pack, w ilości do 100 sztuk. Spektrum działania: bakterie, grzyby, wirusy (HBV, HCV, HIV, Polio, Rota) w czasie do 1 minuty. (Wyrób medyczny, wymagane oznakowanie CE).

Czy Zamawiający dopuści chusteczki bezalkoholowe o gramaturze 48g/m², zarejestrowane jako produkt biobójczy, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza chusteczek o gramaturze mniejszej niż 60g/m². Wymaga też, aby produkt był wyrobem medycznym, ponieważ asortyment ten ma być używany do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego (np. głowice sond USG)

Jednocześnie Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez skreślenie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy na okres 12 miesięcy. Termin realizacji wynosi 12 miesięcy.

Z poważaniem,