

Poznań, dn. 21.01.2011 r

EZ//2011

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 9/2011 na zakup i dostawa histeroskopu i diatermii dla potrzeb Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Wielkopolskie Centrum Onkologii, informuje że wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

Pytanie dotyczące Wzoru Umowy:

1. Dotyczy wzoru umowy: paragraf 2. ustęp 22.b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu przystąpienie na naprawy do 48 godzin w dni robocze i obniżenie kary umownej za niedotrzymanie tego terminu do 0,5% wartości netto naprawianego towaru?
2. Dotyczy wzoru umowy: paragraf 2. ustęp 22.e): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za niedotrzymanie tego terminu wskazanego w paragrafie 22. ustęp c i do do 0,5% wartości netto naprawianego towaru?
3. Dotyczy wzoru umowy: paragraf 3.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego paragrafu z umowy, jako że sprzęt dostarczany przez Wykonawcę nie będzie wykorzystywany do przetwarzania danych osobowych, a zatem nie podlega regulacjom Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych?
4. Dotyczy wzoru umowy: paragraf 5. ustęp 1a: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy do 0,5% wartości netto towaru dostarczonego ze zwłoką?
5. Dotyczy wzoru umowy: paragraf 5. ustęp 1e: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za niedotrzymanie terminu wskazanego w paragrafie 3 ustęp 22 f (powinno być f zamiast e - podpunkt e dotyczy kary umownej, natomiast termin dostarczenia sprzętu zastępczego jest w podpunkcie f - proszę o zmianę we wzorze umowy) do 0,5% wartości netto naprawianego towaru.

Pytanie dotyczące Załącznika nr 1 do SIWZ (Formularz Cenowy) oraz Załącznika nr 7 do SIWZ (Opis i wymagane warunki techniczne oferowanych urządzeń):

6. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu podania miesiąca produkcji oferowanego sprzętu, ponieważ na etapie składania ofert nie jesteśmy w stanie podać takiej informacji? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie podania miesiąca produkcji zwrotem: „sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji...”?

Pytania dotyczące Przedmiotu Zamówienia, pakiet numer 2:

7. W nawiązaniu do informacji zawartej w punkcie 5 rozumiemy, że diatermia ma pracować z resektoskopem bipolarnym opisanym w pakiecie 1, w związku z tym ma posiadać dedykowany program do resekcji w środowisku soli fizjologicznej, a minimalna moc koagulacji bipolarnej to 120 W?
8. Czy Zamawiający wymaga, by diatermia posiadała system aktywnego oddymiania?
9. Czy sterownik diatermii ma być wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego?

Zamawiający informuje, że w związku z koniecznością przygotowania odpowiedzi na pytania przez użytkownika sprzętu, przesuwa się termin składania i otwarcia ofert z dnia 25.01.2011r na dzień **27.01.2011 – przy czym składanie ofert do godz. 10.00 i otwarcie ofert – o godz. 11.00.**

Z poważaniem

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. J Jerzy Mazurek