

Poznań, dnia 25.02.2011
EZ/1443/ 2011

Wg rozdzielnika:

do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne: dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/2011 Zakup, dostawa i montaż łoża laminarnej do rozpuszczania cytostatyków oraz zakup i dostawa nebulizatorów ultradźwiękowych

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

W związku z wymaganym przez Państwa terminem realizacji przedmiotu zamówienia, obejmującym zgodnie z IV SIW dostawę, instalację i uruchomienie w ciągu maksymalnie

4 tygodni od daty podpisania zamówienia uprzejmie informujemy, że cykl produkcyjny komory laminarnej tej klasy, uwzględniający wykonanie szczegółowych testów fabrycznych na zgodność z normą DIN 12980, wynosi min. 5 tygodni od daty zamówienia; dodatkowo należy uwzględnić czas niezbędny na transport urządzeń oraz ich instalacje w warunkach funkcjonującej pracowni i wykonanie testów instalacyjnych (kolejne 7 – 10 dni).

W świetle powyższego prosimy o odpowiedź na następujące pytanie:

1/ Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy na „maksymalnie 7 tygodni od daty podpisania zamówienia” ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy . termin dostawy w pakiecie nr 1 zostaje przedłużony do 7 tygodni od dnia podpisania umowy.

PYTANIE

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie funkcjonalności oferowanego urządzenia wymagane w Załączniku Nr 2 („Szczegółowy opis wymagań technicznych urządzenia”)

były objęte certyfikatem wymaganym w pkt. 4 a „Minimalne warunki i parametry techniczne bezwzględnie wymagane” ?

ODPOWIEDŹ
TAK.

W związku ze zmianą terminu dostawy wydłużeniu ulega termin składania i otwarcia ofert.

Składanie ofert do dnia 07.03.2011 do godz. 09.00

Otwarcie ofert w dniu 07.03.2011 o godz. 10.00

Z poważaniem,