

Poznań, dnia 2008-04-09

EZ/.....2122...../2008

Wg rozdzielnika do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 38/2008 staplery .

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

Pytanie – Czy Zamawiający w załączniku nr 2 do specyfikacji, poz.2 dopuści tolerancję 1 mm dot. średnicy główki staplera (analogicznie jak w poz.3 i 4.) przy równoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów w tym również parametrów dot. średnicy noża (światło zespolenia)?

ODPOWIEDŹ: Tak dopuszcza się tolerancję 1 mm ale „w górę” 25-26 mm; natomiast tolerancji w „dół” 24-25 – nie dopuszcza się.

Uwaga ! Dodatkowo zmienia się formularz ofertowy (w zał. nr 1 str. 14) poprawiając: w punkcie 1 i tak: skreśla się słowa: „leku Bondronat” winno być „staplerów okrężnych” .

Z poważaniem,
inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych