

Poznań, dn. 17.03.2011 r

EZ/ 1924/2011

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 37/2011 na zakup i dostawa histeroskopu dla potrzeb Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Wielkopolskie Centrum Onkologii, informuje że wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

Pytania dotyczące Wzoru Umowy:

Pytanie 1

Dotyczy wzoru umowy: paragraf 2. ustęp 21b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za niedotrzymanie terminu przystąpienia do naprawy gwarancyjnej do 0,5% i naliczanie jej od wartości brutto naprawianego towaru?

Pytanie 2

Dotyczy wzoru umowy: paragraf 2. ustęp 21e): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za niedotrzymanie terminu naprawy gwarancyjnej sprzętu do 0,5% i naliczanie jej od wartości brutto naprawianego towaru oraz wprowadzenie zapisu, że dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy zwalnia Dostawcę z konieczności zapłaty kary umownej wskazanej w paragrafie 2. ustęp 21e)?

Pytanie 3

Dotyczy wzoru umowy: paragraf 4. ustęp 1a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy sprzętu do 0,5% i naliczanie jej od wartości brutto towaru dostarczonego po terminie wskazanym w umowie?

Pytanie 4

Dotyczy wzoru umowy: paragraf 4. ustęp 1 e): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy sprzętu zastępczego w wysokości 0,5% wartości brutto naprawianego towaru?

Pytanie dotyczące Załącznika nr 1 do SIWZ (Formularz Cenowy) oraz Załącznika nr 7 do SIWZ (Opis i wymagane warunki techniczne oferowanego urządzenia):

Pytanie 5

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu podania miesiąca produkcji oferowanego sprzętu, ponieważ na etapie składania ofert nie jesteśmy w stanie podać takiej informacji? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie podania miesiąca produkcji zwrotem: „sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji...”?

Pytanie dotyczące SIWZ, punkt VI B podpunkt 1a (dokumenty dopuszczające):

Pytanie 6

Czy w związku ze znowelizowaną ustawą o wyrobach medycznych Zamawiający dopuści dołączenie do oferty powiadomienia zamiast zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych dla Wykonawcy będącym Dystrybutorem?

Pytanie 7

Proszę o podanie roku produkcji diatermii UES-40 posiadanej przez Zamawiającego oraz umożliwienie wizji lokalnej diatermii, w celu dopasowania kabla bipolarnego do planowanego zakupu resektoskopu.

Pytanie 8

Czy planowany w zakupie resektoskop bipolarny może współpracować z diatermiami firmy Erbe posiadanymi przez Zamawiającego, przeznaczonymi do pracy w 0,9% NaCl ?

Pytanie 9

Proszę o podanie produkcji, typu, modelu, numeru katalogowego oraz producenta głowicy kamery medycznej posiadanej przez Zamawiającego, która będzie używana wraz z resektoskopem bipolarnym. Jest to informacja niezbędna do poprawnego skonfigurowania resektoskopu bipolarnego.

Pytanie 10

Zamawiający wymaga, aby histeroskop był w pełni kompatybilny z urządzeniami firmy Olympus będącymi na wyposażeniu Bloku operacyjnego, w związku z tym proszę określić urządzenia firmy Olympus będące własnością szpitala.

Zamawiający informuje, że w związku z koniecznością przygotowania odpowiedzi na pytania przez użytkownika sprzętu, przesuwa się termin składania i otwarcia ofert z dnia 18.03.2011r na dzień **22.03.2011 –składanie ofert do godz. 10.00 i otwarcie ofert – o godz. 11.00.**

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej - Sarna