

Poznań, dn. 23.03.2011 r

EZ/ 2080/2011

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 39/2011 na zakup i dostawa laryngoskopu dla potrzeb Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Wielkopolskie Centrum Onkologii, informuje iż:

a) modyfikuje niniejszym odpowiedź na pytanie 2 udzielone pismem **EZ/ 2028/2011 z dn. 21.03.2011r** :

Odpowiedź na pytanie 2 przed modyfikacją:

Pytanie 2. Czy zamawiający może określić do jakiego systemu (STORZ / WOLF / ACM) ma pasować końcówka światłowodu od strony źródła światła?
Odpowiedź: Zamawiający określa system: System kompatybilny (typowy) .

Odpowiedź na pytanie 2 po modyfikacji:

Pytanie 2. Czy zamawiający może określić do jakiego systemu (STORZ / WOLF / ACM) ma pasować końcówka światłowodu od strony źródła światła?
Odpowiedź: Końcówka światłowodu ma pasować do systemu STORZ.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej - Sarna