

Poznań, dn. 28.03.2011 r

EZ/ 2138/1/2011

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 45/2011 na zakup i dostawę sprzętu medycznego sterylnego jednorazowego użytku.

Wielkopolskie Centrum Onkologii, informuje że wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do wymienionego w tytule przetargu, na które zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1 Pakiet X**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rurki z balonikiem kontrolnym na którym jest czytelne oznaczenie średnicy rurki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rurki z balonikiem.

**Pytanie 2 Pakiet X**

Prosimy Zamawiającego o wygaśnię czy ma na myśli rurki z jednym pełnym znacznikiem głębokości w postaci oznaczenia wokół całego obwodu rurki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz i wymaga oznaczenia głębokości i średnicy rurki.

**Pytanie 3 Pakiet X**

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy rurki mają posiadać mleczy łącznik ISO 15mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mleczy łącznik ISO 15mm.

**Pytanie 4**

Zadanie 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH10/400mm zamiast CH10/600mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza cewnika CH10 o długości 400mm i podtrzymuje dł. 600mm, ze względu na profil leczenia WCO.

**Pytanie 5**

Zadanie 8 poz. 1.1 – 1.5

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy z atraumatyczną, lekko zaokrągloną zamkniętą końcówką, z 4 otworami bocznymi, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgłębniki żołądkowe z czterema bocznymi otworami, jednak wymaga, aby dystalna końcówka zgłębnika była zaokrąglona, ponieważ dystalna część zgłębnika zakończona „oliwką” jest bezpieczniejsza dla pacjentów WCO.

**Pytanie 6**

Zadanie 8 poz. 2.1 – 2.3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby trokar był kodowany kolorem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz i wymaga kolorowych oznaczeń, celem dobrej identyfikacji rozmiarów.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna