

Poznań, dn. 05.04.2011 r

EZ/ 2424/1/2011

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 51/2011 na zakup i dostawę aparatu do masażu uciskowego z wyposażeniem dla potrzeb Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Wielkopolskie Centrum Onkologii, informuje iż modyfikuje odpowiedzi na pytania nr 4 i 5 udzielone w piśmie EZ/2424/2011 z dn.05.04.2011r :

Przed modyfikacją:

**Pytanie 4.** Czy Zamawiający wymaga aby aparat posiadał zakres regulacji ciśnienia 20-160 mmHg z regulacją gradientu ?

Odpowiedź: TAK.

**Pytanie 5.** Czy Zamawiający wymaga aby aparat posiadał automatyczną identyfikację aplikatorów ?

Odpowiedź: TAK.

**Po modyfikacji:**

**Pytanie 4.** Czy Zamawiający wymaga aby aparat posiadał zakres regulacji ciśnienia 20-160 mmHg z regulacją gradientu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat w przedziale regulacji ciśnienia 20 -160mmHg.

**Pytanie 5.** Czy Zamawiający wymaga aby aparat posiadał automatyczną identyfikację aplikatorów ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat z automatyczną identyfikacją aplikatorów.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej - Sarna