

Poznań, dnia 14.04.2011
EZ/2705/ 2011

Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne: dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 50/2011 Zakup i dostawa sprzętu sterylnego jednorazowego użytku do hodowli komórkowej

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

Specyfikacja - pozycja 8 - końcówki z filtrem 0,2-2ul:

Zamawiający nie podaje ilości końcówek pakowanych w worki.

Czy końcówki z filtrem 0.2-2 pakowane w worki są przedmiotem zamówienia?

ODPOWIEDŹ

TAK, w ilości 5000 sztuk.

PYTANIE

W specyfikacji przy pozycjach 1,2,3,4,5,7,8 Zamawiający podaje ilość końcówek podając liczbę pudełek.

Czy zamawiający bierze w tym przypadku pod uwagę, że pudełko zawiera 96szt. końcówek czy inne ilości?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający przyjął iż pudełko zawiera 96 szt.

PYTANIE

Specyfikacja - pozycja 5 - końcówki z filtrem 2-20ul:

Czy zamawiający zaakceptuje końcówki z filtrem 1-40ul, pokrywające zakres ze specyfikacji?

ODPOWIEDŹ

TAK.

PYTANIE

Specyfikacja - pozycja 8 - końcówki z filtrem 0,2-2ul:

Czy zamawiający zaakceptuje końcówki z filtrem 0,1-10ul pokrywające zakres ze specyfikacji?

ODPOWIEDŹ
TAK.

PYTANIE

Pozycje nr 1-8

Jak należy odczytywać zamawianą ilość końcówek? Czy Zamawiający oczekuje np. w pozycji nr 1. 12 pudełek z końcówkami i 10 000 sztuk końcówek pakowanych

w worki i analogicznie w pozostałych pozycjach dotyczących końcówek?

ODPOWIEDŹ

TAK NALEŻY ROZUMIEĆ ZAMAWIANĄ ILOŚĆ KOŃCÓWEK

PYTANIE

Pozycja nr 8

Jakiej ilości końcówek pakowanych w worki oczekuje Zamawiający?

ODPOWIEDŹ

5000

PYTANIE

Pozycje nr 1-8

Prosimy o podanie ile końcówek ma znajdować się w pudełkach w poszczególnych pozycjach.

ODPOWIEDŹ

100-1000 – po 60 sztuk, 20-200 po 96 sztuk, 2-20 po 96 sztuk, 0,1-10 po 96 sztuk

PYTANIE

Pozycja nr 24

Czy Zamawiający dopuści pipety Pasteura o objętości 3 ml?

ODPOWIEDX

TAK.

PYTANIE

Pozycja nr 27

Czy Zamawiający dopuści probówki na 13 ml pakowane po 25 sztuk?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga probówki 14ml.

PYTANIE

Pozycja nr 27

Czy Zamawiający oczekuje probówek sterylnych?

ODPOWIEDŹ

NIE.

PYTANIE

formularza cenowego poz. 8

Czy Zamawiający dopuści końcówki do pipet typu Gilson o poj. do 2,5 ul?

ODPOWIEDŹ

TAK.

PYTANIE

formularza cenowego poz. 26

Prosimy o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiającemu chodzi o szalki Petriego kwadratowe, sterylne o wymiarach 100 x 100 x 20?

ODPOWIEDŹ

NIE, CHODZI O SZALKI PETRIEGO OKRĄGŁE O ŚREDNICY 100 MM

PYTANIE

formularza cenowego poz. 28

Prosimy o sprecyzowanie jakie ezy należy zaproponować: 1 ul, 10 ul czy igłowe?

ODPOWIEDŹ

1 UL

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna