

Poznań, dnia 17.05.2011
EZ/3337/1/ 2011

Wg rozdzielnika:

do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne:

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 55/2011 Sprzedaż i dostawa immunoreagentów oraz odczynników do barwień immunohistochemicznych wraz z dzierżawą automatów do badań immunohistochemicznych z modułami do: odparafinowania (bez ksylenu), nawadniania, odkrywania miejsc antygenowych w buforach o różnych pH i świadczeniem usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów – substancji szkodliwych

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednego systemu detekcji zawierającego oryginalnie bufor o wysokim pH i rozszerzonego o dodatkowy bufor o niskim pH 6,1 zamiast oddzielnych zestawów dla niskiego i wysokiego pH?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza system detekcji z dwoma buforami.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie systemu detekcji zawierającego oryginalnie : DAB, bufor płuczący, bufor do odparafinowania i odkrywania antygenów o wysokim pH, linker mysi, polimerowy system detekcji rozszerzony o odczynniki opcjonalne tj. bufor do odparafinowania i odkrywania antygenów o niskim pH (6,1), hematoksylinę, linker króliczy i butelki opatrzone kodami o poj. 5ml, 12 ml, 25 ml, 50 ml - w ramach jednej ceny za za 1 opakowanie zestawu?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza 1 cenę za opakowanie z informacją o liczbie markerów, które można oznaczyć tym zestawem. .

PYTANIE

Czy przeciwciała w formie gotowych rozcieńczeń oraz systemy detekcji powinny być dostarczane w opakowaniach opatrzonych kodami rozpoznawalnymi przez program automatu do barwień, bez potrzeby przelewania ich do innych pojemników, co skróci czas przygotowania odczynników potrzebnych do wykonania barwień, zapobiegnie ewentualnym błędom w opisie odczynników, oraz zapobiegnie niepotrzebnym stratom odczynników?

ODPOWIEDŹ

Przeciwciała w formie gotowych rozcieńczeń oraz systemy detekcji powinny być dostarczone w opakowaniach opatrzone kodami rozpoznawalnymi przez program automatu do barwień, bez potrzeby przelewania ich do innych pojemników.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści ilość urządzeń, które wystarczą na przeprowadzenie 144 barwień w tym samym czasie?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga dostarczenia aparatów, które pozwolą na wykonanie w czasie pięciogodzinnego dnia pracy 150 (+/- 5%) badań immunohistochemicznych.

PYTANIE

Lista immunoreagentów – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 16 klonu Carb-3 zamiast klonu podanego w tabeli?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji 16 klonu Carb-3. Ten klon jest również na liście przeciwciał pracowni.

PYTANIE

Lista immunoreagentów – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 20 klonu D33 zamiast klonu podanego w tabeli?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji 20 klonu D33. /literówka/

PYTANIE

Lista immunoreagentów – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 42 klonu OV-TL 12/30 zamiast klonu podanego w tabeli?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji 42 klonu OV-TL 12/30. /literówka/

PYTANIE

Lista immunoreagentów – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 57 monoklonalnej mysiej synaptofizyny, klon 27G12 zamiast przeciwciała podanego w tabeli?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuści to przeciwciało jeżeli jest równoważne pod względem swojej wartości diagnostycznej.

PYTANIE

Dotyczy części C, pkty 2,3,4.

W ramach dzierżawy firma dostarcza pełen zestaw: barwiarki, stacje robocze, serwer i drukarki jako prekonfigurowany zintegrowany zestaw i ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność działania oraz jakość i wiarygodność wyników barwienia.

W związku z tym, że przedmiotem niniejszego przetargu jest dzierżawa automatów do barwień IHC wraz z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym, który ma zapewnić

poprawne i bezpieczne kontrolowanie sterowanych aparatów, poprawność działania oraz jakość i wiarygodność wyników, a nie zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb szpitala, prosimy o dopuszczenie sprzętu komputerowego: serwera, stacji roboczych oraz drukarek o parametrach oferowanych przez Wykonawcę.

Dako Link Serwer

Producent: Hewlett-Packard

Model: ProLiant ML310 G5

Procesor :Dual-Core Intel® Xeon® Processor 2.33GHz, 4MB

Pamięć: HP 2 GB (2x1GB) Unbuffered ECC DDR

Twardy Dysk: 2x HP 72GB Hot Plus 3.5 SAS 15,000 rpm in a RAID 1 Mirrored Array Configuration

System Operacyjny: Microsoft® Windows® Server 2003 R2, Standard Edition + 5 CALS

Dako Link Workstation xw4600

Producent: Hewlett-Packard

Model: xw4600 Workstation SATA/SAS

Procesor: Intel® Core™ 2 Duo E4500 2.20 GHz, 2 MB, 800 CPU

Pamięć: HP 2 GB (2x1GB) DDR2-800 ECC RAM

Dysk twarde: 2x HP 80GB SATA 3Gb/s NCQ 7200 in a RAID 1 Mirrored Array Configuration

System Operacyjny: Microsoft® Windows® XP Professional 32-bit

Drukarka atramentowa:

Producent: Hewlett-Packard

Model: 6940

Prędkość drukowania, czarny (tryb normalnej jakości)

Do 9.6 stron na minutę

Prędkość drukowania, kolor (tryb normalnej jakości)

Do 5.8 stron na minutę

Jakość druku, czarny do 1200 x 1200 rendered dpi

Jakość druku, kolor do 4800 optimized dpi color and 1200 input dpi

Typy tuszu: Dye-based, pigment-based

Kartridże:3 (po 1 czarny, tri-color, opcjonalnie photo)

Pamięć: standard 32 MBp

Łączność, standard 1 USB, 1 Ethernet, 1 PictBridge

Drukarka Laserowa Sieciowa:

Producent: Hewlett-Packard

Model: Laser jet pro cp1525n kolor

Prędkość druku w czerni: do 12 str./min

Prędkość druku w kolorze: do 8 str./min

Jakość druku w czerni: do 600x600 dpi

Wydruk pierwszej strony w czerni: 32s

(po wyjściu ze stanu gotowości)

Wydruk pierwszej strony w kolorze: 26s

(po wyjściu ze stanu gotowości)

Technologia: druk laserowy

Standardowa pamięć: 128 MB

Maksymalna pojemność pamięci : 384 MB

Szybkość procesowa: 600 MHz

Sieci i łączności: Standardowe rozwiązania komunikacyjne: 1 pory Hi-Speed USB 2.0; 1 wbudowany interfejs Ethernet 10/100

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza system zaoferowany przez Pytającego. W związku z powyższym modyfikuje się zapis dotyczący parametrów wymaganych w zakresie systemu komputerowego, który zostaje przedstawiony poniżej:

Wykonawca zapewni w ramach przedmiotu zamówienia dostęp do wyników badań ze stacji WCO z wykorzystaniem standardowych narzędzi systemu operacyjnego (przeglądarka internetowa).

W przypadku, gdy na stacjach końcowych WCO wymagana jest dodatkowa instalacja oprogramowania wymagane jest aby oprogramowanie:

- a) posiadało certyfikat "Certified for Windows XP".
- b) umożliwiało pracę w środowisku domenowym WCO, co wiąże się z tym, iż:

- konto użytkownika charakteryzuje się ograniczonymi prawami dostępu (w szczególności do plików i rejestru, ustawień zapory internetowej itd.),
- wymagana jest poprawna współpraca dostarczonego oprogramowania z oprogramowaniem antywirusowym Zamawiającego (obecnie Eset Antivirus),
- wersja instalacyjna pozwalająca na instalację nienadzorowaną,
- dokumentacja techniczna dla administratora zawierająca procedurę wykonywania kopii zapasowej oraz przywracania stanu systemu z kopii zapasowej po awarii.

Wymagana jest dokumentacja techniczna opisująca pracę w sieci, zawierająca w szczególności:

- zakres używanych portów,

1. Serwer:

- Procesor o wydajności co najmniej Dual-Core Intel® Xeon® Processor 2.33GHz, 4MB lub równoważny
- Pamięć co najmniej 2 GB
- Twardy dysk co najmniej 2 dyski 72GB Hot Plus 3.5 SAS 15,000 rpm w trybie RAID 1
- System Operacyjny: co najmniej Microsoft® Windows® Server 2003 R2, Standard Edition + 5 CALS

2. Stacja kliencka – komputer PC szt. 2

- Procesor: o wydajności Intel® Core™ 2 Duo E4500 2.20 GHz, 2 MB, 800 CPU lub równoważny
- Pamięć: co najmniej 2 GB
- Dysk twardy: 2x HP 80GB SATA 3Gb/s NCQ 7200 in a RAID 1 Mirrored Array Configuration
- System Operacyjny: co najmniej Microsoft® Windows® XP Professional 32-bit

3. Drukarki

A. Drukarka atramentowa o następujących parametrach:

- Prędkość drukowania, czarny (tryb normalnej jakości) - conajmniej 9 stron na minutę
- Prędkość drukowania, kolor (tryb normalnej jakości)co najmniej 5 stron na minutę
- Jakość druku, czarny conajmniej 1200 x 1200 dpi

- Jakość druku , kolor co najmniej 1200 dpi
- Osobny kartridż na tusz czarny i osobny kartridż na tusz kolorowy
- Pamięć co najmniej 32 MBp
- Interfejsy 1 USB, 1 Ethernet
- B. Drukarka laserowa o następujących parametrach
- Prędkość druku w czerni co najmniej 12 str./min
- Prędkość druku w kolorze co najmniej 8 str./min
- Jakość druku w czerni co najmniej 600x600 dpi
- Wydruk pierwszej strony w czerni najpóźniej po 32s
- Wydruk pierwszej strony w kolorze najpóźniej po 26s
- Pamięć co najmniej 128 MB z możliwością rozszerzenia do 256 MB
- Porty: Hi-Speed USB 2.0 oraz wbudowany interfejs Ethernet 10/100

PYTANIE

Lista immunoreagentów – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 62 Rabbit Anti-S100 zamiast przeciwciała podanego w tabeli?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuści to przeciwciała jeżeli jest równoważne pod względem swojej wartości diagnostycznej.

PYTANIE

Lista immunoreagentów – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 32 klonu PgR 636?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 35 klonu PGR 636. Ten klon jest na liście przeciwciał pracowni.

PYTANIE

Lista immunoreagentów – Czy w pozycji 11 Zamawiającemu chodziło o przeciwciała MO A-HU Cytokeratin, HMW, 34bE12 zamiast przeciwciała MO A-HU HMV 34bE12?

ODPOWIEDŹ

Zamawiającemu chodziło o przeciwciała MO A-HU Cytokeratin, HMW, 34bE12.

PYTANIE

Lista immunoreagentów – Czy w pozycji 12 Zamawiający dopuści przeciwciała MO A-HU Melanosome, HMB-45 zamiast MO A-HU Melanoma, HMB-45? Jest to to samo przeciwciała, różnica wynika jedynie z innej nazwy przyjętej przez producenta.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuści przeciwciała MO A-HU Melanosome, HMB-45.

PYTANIE

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację wzoru umowy w § 8 poprzez zmniejszenie kar umownych:

- w pkt. 1a) do wysokości 0,5% niezrealizowanej części zamówienia;
- w pkt. 1b) do wysokości 1% niezrealizowanej części zamówienia;
- w pkt. 1d) do wysokości 1% łącznej wartości netto odczynników ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści załącznika do siwz stanowiącego projekt umowy w zakresie § 8 ust. 1 pkt a), b) i d) w sposób zaproponowany przez wykonawcę.

Wykonawca podejmując decyzję o złożeniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego postępuje w sposób świadomy, kierując się między innymi wymogami Zamawiającego odnośnie terminów dostawy objętego zamówieniem publicznym sprzętu, a także konsekwencjami niedotrzymania tych terminów, w szczególności w zakresie uprawnienia Zamawiającego do żądania od pozostającego w zwłoce ze spełnieniem świadczenia wykonawcy kar umownych. Jeżeli wykonawca uznaje termin wykonania zobowiązania wskazany przez Zamawiającego w siwz za zbyt krótki, winien zwrócić się z prośbą o modyfikację siwz w tym właśnie zakresie, nie zaś w zakresie kar umownych za jego niedotrzymanie. Nie podlega wątpliwości, iż niedostarczenie przez wykonawcę w terminie objętego zamówieniem publicznym sprzętu oraz nieuzasadnione zerwanie niniejszej umowy spowodować może daleko idące konsekwencje po stronie Zamawiającego, wiążące się w szczególności z powstaniem po jego stronie szkody. W związku z powyższym istnieje konieczność zastrzeżenia kary umownej stanowiącej substytut odszkodowania w wysokości określonej z góry przy zawieraniu umowy. W związku z powyższym istnieje konieczność zastrzeżenia kary umownej stanowiącej substytut odszkodowania w wysokości określonej z góry przy zawieraniu umowy. Jednocześnie wskazać należy, że kary umowne zastrzeżone zostały w celu dyscyplinowania Wykonawców do terminowego i zgodnego z umową realizacji zobowiązań. Stosownie do powyższego ustanowienie kar umownych na zbyt niskim poziomie może doprowadzić do zanegowania celu, ze względu na który zostały one zastrzeżone.

PYTANIE

Jaki rodzaj dokumentów Zamawiający rozumie pod pojęciem „instrukcja BHP”?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający pod pojęciem „instrukcja BHP” rozumie instrukcję obsługi zawierającą w szczególności postanowienia zwracające uwagę na zagrożenia związane z korzystaniem z aparatów i mogące wystąpić podczas korzystania z aparatów sytuacje niebezpieczne dla pracowników Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu.

Składanie ofert do dnia 03.06.2011 do godz. 09.00

Otwarcie ofert w dniu 03.06.2011 o godz. 10.00

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna