

Poznań, dnia 2011-04-26  
EZ/\_\_\_\_\_/2011

**Wg rozdzielnika:  
Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem  
przetargowym**

dotyczy : przetargu nieograniczonego 66/2011 APARATY MEDYCZNE

### **Odpowiedzi na pytania.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

Pytania dotyczące Pakietu nr III (mikroskop zabiegowy)

1. Pytanie do punktu 18 wymaganych parametrów:  
Czy Zamawiający dopuszcza zakres korekcji wady wzroku operatora w zakresie +5 do -5 zamiast wymaganego parametru +5 do -8.
2. Pytanie do punktu 23 wymaganych parametrów:  
Czy Zamawiający dopuszcza zainstalowany w głowicy mikroskopu filtr zielony zamiast wymaganego zielonego oraz pomarańczowego.
3. Pytanie do punktu 25 wymaganych parametrów:  
Czy Zamawiający dopuszcza sterownik kamery doczepiony do ramienia mikroskopu w którym zainstalowany jest moduł oświetlenia zamiast wymaganego zintegrowanego w statywie sterownika kamery.

Odpowiedź dotyczy pytania 1,2,3 - Zamawiający nie dokonuje zmian w opisie technicznym w pakiecie III - podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem,

-----