

Poznań, dn. 27.04.2011 r

EZ/ 2977/2011

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 66/2011 na zakup i dostawę aparatury medycznej dla potrzeb Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Wielkopolskie Centrum Onkologii, informuje że wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

### **Pytanie 1**

#### **Pakiet nr III - Mikroskop zabiegowy**

1. Czy Zamawiający dopuści mikroskop alternatywny o następujących parametrach:

- |     |                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Mikroskop ambulatoryjny do zastosowań w laryngologii i chirurgii                             |
| 2.  | Głowica mikroskopu: stereoskopowa prosta (pochylona 45° lub ruchoma 180° - opcja)            |
| 3.  | Optyka apochromatyczna                                                                       |
| 4.  | Obiektyw o ogniskowej f=250mm                                                                |
| 5.  | Możliwość zastosowania obiektywów o ogniskowej: f=200, f=300, f=400                          |
| 6.  | Możliwość wymiany obiektywu bez konieczności używania narzędzi                               |
| 7.  | Okulary stereoskopowe szerokokątne 10x                                                       |
| 8.  | Korekcja wady refrakcji operatora – zakres min. +/- 5 dpt                                    |
| 9.  | Regulacja rozstawu okularów w zakresie 55-75mm                                               |
| 10. | Zmieniacz powiększeń 5-stopniowy: x4 / x6 / x10 / x16 / x25                                  |
| 11. | Precyzyjna regulacja ostrości bez zmiany pozycji głowicy - mikro regulacja 13mm              |
| 12. | Uchwyty do manipulacji głowicą mikroskopu z możliwością regulacji położenia                  |
| 13. | Pole widzenia ø31mm dla obiektywu f=250                                                      |
| 14. | Oświetlane pole ø90mm dla obiektywu f=250                                                    |
| 15. | Filtr pomarańczowy wbudowany w głowicę mikroskopu                                            |
| 16. | Mikroskop wyposażony w ramię pantograficzne z systemem balansu wagi                          |
| 17. | Ramię mikroskopu pozwalające na ruch głowicy optycznej w pionie. Zakres ruchu w pionie 635mm |

18. Ruch ramienia mikroskopu w pionie o regulowanym oporze z zastosowaniem układu umożliwiającego unieruchomienie ramienia
19. Oświetlenie współosiowe, halogenowe
20. Źródło światła mocowane pod ramieniem mikroskopu, wyposażone w:
  - 20.1. 2 żarówki halogenowe (dwa źródła oświetlenia) o mocy min. 150W
  - 20.2. płynną regulację natężenia oświetlenia bez zmiany barwy światła, osobną dla każdego źródła
  - 20.3. gniazdo do podłączenia endoskopowej kamery medycznej oraz wyjście Composite video / BNC
21. Podstawa podłogowa w kształcie litery H, wyposażona w 4 koła, wszystkie z hamulcami
22. Głowica mikroskopu wyposażona w rozdzielacz obrazu z adapterem umożliwiającym podłączenie standardowej kamery endoskopowej
23. Kamera endoskopowa CCD, kompatybilna z gniazdem kamery znajdującym się w źródle światła

### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający wydłuży czas dostawy do 6 tygodni od dnia podpisania umowy? Prośbę tą motywujemy faktem, iż proponowany sprzęt nie jest produkcji polskiej a czas dostawy uzależniony jest od zagranicznego producenta i może wynieść nieznacznie dłużej niż wymaga Zamawiający.

### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści wózek z 1 szufladą grzewczą o pojemności 20 butelek 1L lub 32 butelki 0,5L oraz 4 szufladami bez ogrzewania?

### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści szufladę do ogrzewania płynów infuzyjnych z regulacją temperatury w zakresie +33°C - +37°C?

### **Pytanie 5**

Dot. zał. nr 7 , Pakiet V, pkt. 5

Zamawiający zapisał w tym pkt. że zakres wybieranej temperatury powinien wynosić od 25 do 42 stopni Celsjusza. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia o zakresie regulacji temperatury od 37 do 41 stopni Celsjusza.

Zamawiający informuje, że w związku z koniecznością przygotowania odpowiedzi na pytania przez użytkownika sprzętu (nieobecność spowodowana urlopem), przesuwają termin składania i otwarcia ofert z dnia 29.04.2011r **na dzień 05.05.2011r – składanie ofert godz. 09:00 i otwarcie ofert godz. 10:00.**

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej - Sarna