

Poznań, dnia 27.04.2011
EZ/2980/ 2011

Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne: dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 65/2011 Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku do analiz genetycznych

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

PAKIET I:

Pozycje 1-4. W jaki sposób mają być pakowane końcówki - luzem w workach czy pudełka?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza pakowanie luzem w workach lub w pudełkach.

PYTANIE

PAKIET NR 1

Pozycja 4. Kończówki do pipet Eppendorf Research 0.2-10ul - czy zamawiający życzy sobie końcówki z filtrem czy bez filtra?

ODPOWIEDŹ

Pozycja 4: końcówki do pipet Eppendorf Research 0,2-10ul - bez filtra

PYTANIE

PAKIET NR 1

Pozycja 21. Folia aluminiowa do płytek PCR - czy zamawiający życzy sobie folie sterylna czy niesterylna?

ODPOWIEDŹ

Pozycja 21: folia aluminiowa do płytek do PCR: niesterylna

PYTANIE
PAKIET II:

Pozycja 1. Czy zamawiający życzy sobie aby do każdej płytki dołączona była folia do RT-PCR (taka jak w pozycji 2) ?

Czy też całkowita ilość folii została podana w pozycji 2 ?

ODPOWIEDŹ

Pozycja 1 i 2: Całkowita ilość folii została podana w pozycji 2. Pozycja 1 dotyczy samych płytek bez folii.

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna