

Poznań, dnia 28.04.2011
EZ/2980/1/ 2011

Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne: dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 65/2011 Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku do analiz genetycznych

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

Czy w Pakiecie nr I w poz. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówki o średnicy 30 mm?

ODPOWIEDŹ

ze względu na stosowane w Pracowni wirówki i adaptery do nich, średnica probówek opisanych w pozycji 8 w pakiecie I, nie może przekraczać 29mm

W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Składanie ofert do dnia 06.05.2011 do godz. 10.00
Otwarcie ofert w dniu 06.05.2011 o godz. 11.00

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna