

Poznań, dnia 18.05.2011
EZ/3195/2/ 2011

Wg rozdzielnika:

do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne: dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 70/2011 Zakup i dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

Pytanie dotyczące pakietu nr 9

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przeciwciała anti-Cyclin E (mysie, monoklonalne) w opakowaniu 500 ul?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza większą objętość przeciwciał.

PYTANIE

Pytanie dotyczące pakietu nr 1

Co zamawiający rozumie pod następującym opisem zamówienia: „4Titude, firma Genomed, 2 opakowania po 50 szt.”? Powyższy opis jest opisem firmy natomiast nie opisuje przedmiotu zamówienia, czy są to n.p. próbówki, tipsy, statywy i.t.p.? Proszę o sprecyzowanie o jaki produkt dokładnie chodzi.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wykreśla zapis 4Titude, firma Genomed, 2 opakowania po 50 szt.”, jednocześnie uściślając zapis poniżej – płytki do PCR 96-dołkowe, który otrzymuje brzmienie:

Płytki do PCR 96-dołkowe (FrameStar96), z pełnymi bocznymi ramkami (ang. skirted), rekomendowana do PCR w małych objętościach, ramka bezbarwna, nr kat. 4Ti-0960C, 2 opakowania po 50 szt.

PYTANIE

Pytanie dotyczące pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie starterów oligonukleotydowych w skali syntezy 0,1 umola/

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę skali syntezy. Przygotowane startery służą do przeprowadzenia badania naukowego, którego plan został opracowany i oszacowany na zamawianych starterach. Zmiana jest niekorzystna z punktu widzenia zaplanowanych badań.

PYTANIE

Dotyczy Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie starterów oligonukleotydowych w osobny pakiet ponieważ stanowią odrębną część oferty oraz zezwoli na zaoferowanie wyższej skali syntezy tzn. skala syntezy 0,05 μ mol dzięki czemu zwiększy konkurencyjność oferowanych pozycji?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie starterów w osobny pakiet. Tworzy się z nich pakiet nr 10. Jednocześnie nie wyraża się zgody na zaoferowanie wyższej skali syntezy.

Poniżej nowy układ pakietu nr 1 i 10.

Pakiet nr 1

Pudełka plastikowe do przechowywania prób w niskich temperaturach, na próbówki 1,2-2,0 ml (9x9) w ilości 5 szt., nr kat. 93.873.681, firmy Sarstedt,

Pudełka do przechowywania prób (próbówki 0,5 ml), 10x10, w ilości 5 szt., nr kat. 95.64.923, firmy Sarstedt,

Płytki do PCR 96-dołkowe (FrameStar96), z pełnymi bocznymi ramkami (ang. skirted), rekomendowana do PCR w małych objętościach, ramka bezbarwna, nr kat. 4Ti-0960C, 2 opakowania po 50 szt.

Probówki 0,2 ml do PCR w paskach po 8 szt.; bez zamknięć, nr kat. 4Ti-0781, 4Titude, 2 opakowania po 125 szt.,

Folia termozgrzewalna "Peel-Seal" do zamykania płytek PCR, zrywalna (ang. peelable) firmy 4titude, 2 opakowania (100 sztuk), nr kat. 4Ti-0521,

Folia do zamykania płytek PCR firmy 4titude, samoprzylepna, przezroczysta, 2 opakowania (po 100 szt.), nr kat. 4ti-0500,

PAKIET NR 10

Startery oligonukleotydowe, liofilizowane, oczyszczanie standard, skala syntezy 0,04 μ mol, firma Genomed

Nazwa	Sekwencja oligonukleotydu
COX_Alu-F	GCCTCAGAGAGAACTGTACGGG
COX_Alu-R	CAGTCTTATGGCACATTCAGGC
COX2_Pst-F	AGTAATGGGATTGCTGGGTCAA
COX2_Pst-R	ACAGGCAACCTACAGAATGGGA
COX2_Tas-F	ACAGAAGATGCTGGAAGAGAAAT
COX2_Tas-R	CTACCTGAGCATCACTCAGCCC
RXRA_Msp-F	TATTCAGTCTGCCCTAGCCAGC
RXRA_Msp-R	CCATAAGGAAGGTGTCAATGGG
RXRA_Bsu-F	TGCATGTGCTCAGGGAGTCTAA
RXRA_Bsu-R	CACCCAGACAAAGCCTCAGAGT

SERCA_Msp-F	ACGATGGAGGCAAAGTTGTCAT
SERCA_Msp-R	TTCTCCTCAGCCTCATCCTCTG
SERCA_Bse-F	CTCTGGGTGAACCTGGTGACGGA
SERCA_Bse-R	CAGGTATCGGAAGAAGAGCCAG
SERCA_Aci-F	GGCCTCACCATAGCAGTGATCT
SERCA_Aci-R	ATTCTCCCTGCAGTACGAGGTG
VDR_Bsm-F	ACCTGAAGGGAGACGTAGCAAA
VDR_Bsm-R	TAGGCAGAACCATCTCTCAGGC
VDR_Fok-F	GCCTTTGGGTCTGAAGTGTCTG
VDR_Fok-R	TTTGCAGCCTTCACAGGTCATA
VDR_Taq-F	GAGAGCTCCTGTGCCTTCTTCT
VDR_Taq-R	AGAGAATGGGCTGGGTGGATAG
VDR_Hpy-F	TATAACCAGGGCAATGGGATGT
VDR_Hpy-R	AGACCTCAGCCATGAGGAGTTG
VDR_Apa-F	AGTGGTATCACCGGTCAGCAGT
VDR_Apa-R	ACTGCTTGGAGTGCTCCTCATT
VDR_Rsa-F	CCATAATAAGAAATAAGTTTGTA
VDR_Rsa-R	AGGCAGGAAGGAAGGAAGAAAG

PYTANIE

Dotyczy Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie pozycji Etanol absolutny w ilości 1L, 200 proof (absolute), w związku z wycofaniem wskazanego produktu z oferty?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający w związku z wycofaniem wskazanego produktu wykreśla pozycje z pakietu.

W związku z udzielonymi odpowiedziami i modyfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Składanie ofert do dnia 26.05.2011 do godz. 09.00

Otwarcie ofert w dniu 26.05.2011r. o godzinie 10.00

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna