

Poznań, dnia 28-04-2008

EZ/.....2513...../2008

**Wg rozdzielnika:
do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne**

dotyczy: przetargu nieograniczonego 47/2008 sprzęt medyczny jednorazowego użytku - sterylny.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż koryguje się dpowiedzi na pytania nr EZ//2469/2008 z dnia 25.04.2008 r.

Było:

PYTANIE: Dotyczy pakietu II - pozycje 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mankietu rurki z PCV, gdyż poliuretan ma zastosowanie jedynie przy zabiegach długotrwałych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

[powyższy zapis skreśla się]

Winno być:

PYTANIE: Dotyczy pakietu II - pozycje 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mankietu rurki z PCV, gdyż poliuretan ma zastosowanie jedynie przy zabiegach długotrwałych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rurki z mankiem tchawicznym z poliuretanu, a oskrzelowym mankiem z PCV.

Z poważaniem,

Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna