

Poznań, dn. 31.05.2011 r

EZ/ 3774/2011

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 74/2011 na zakup i dostawę sprzętu medycznego sterylnego i niesterylnego jednorazowego użytku.

Wielkopolskie Centrum Onkologii, informuje że wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do wymienionego w tytule przetargu, na które zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Pytanie do pakietu 14

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitylowych z mikroteksturowanymi końcówkami palców, grubość palców 0,10 (+/- 0,02), wytrzymałość 6 N, w opakowaniach 150 szt. ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rękawic o proponowanych parametrach, ze względu na charakter związków z jakimi mają styczność pracownicy WCO tj. cytostatyków.

Zamawiający dopuszcza rękawice w opakowaniach po 150 szt. ale wymaga aby całkowita oferowana ilość była zgodna z ilością określoną w siwz. Powyższe należy uwzględnić w Formularzu cenowym.

**Pytanie 2 pakiet XIV**

Zamawiający wymaga by rękawice były oznaczone jako środek ochrony indywidualnej oraz że muszą być zgodne z normą EN 455 wobec czego prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawiczek podwójnie oznakowanych: jako wyrób medyczny spełniając normę EN 455 oraz jako środek ochrony indywidualnej, spełniając normę EN 420.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowane rękawice spełniały wymogi zarówno normy EN 455 – wyrób medyczny jak i EN 420 - środek ochrony indywidualnej, ze względu na to, iż są przeznaczone do przygotowywania i podawania leku cytostatycznego. Spełnienie ww norm jest gwarancją bezpieczeństwa pracowników WCO mających kontakt z chemioterapeutykami.

**Pytanie 3 pakiet XIV**

Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty do badań wykonanych przez niezależną jednostkę potwierdzającą spełnianie wymogów SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dołączenia do oferty badań wykonanych przez niezależną jednostkę notyfikowaną.

**Pytanie 4 pakiet nr XIV**

Czy Zamawiający oczekuje oznakowania fabrycznego na opakowaniu jednostkowym zgodnie z wymaganymi normami?

Odpowiedź: Zamawiający, wymaga aby opakowanie jednostkowe rękawic było oznakowane symbolem normy EN-420 jako środka ochrony indywidualnej oraz normy EN 455 jako wyrobu medycznego. W celu

potwierdzenia powyższego wymagane jest dołączenie do oferty 1 opakowania oraz zgodnie z siwz 5 par rękawic w rozmiarze S i M.

#### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze: 0,33 x 12mm; 0,45 x 22mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igły w rozmiarze 0,45 x 22mm, natomiast nie dopuszcza igieł 0,33x12mm, ponieważ igły te mogą być stosowane do małych zmian nowotworowych i nawet niewielkie różnice rozmiarowe są istotne.

#### **Pytanie 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za niedotrzymanie terminu dostawy sprzętu do 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści załącznika numer 6 do siwz stanowiącego projekt umowy w zakresie § 6 ust. 1 pkt a)-b) w sposób zaproponowany przez wykonawcę.

Wykonawca podejmując decyzję o złożeniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego postępuje w sposób świadomy, kierując się między innymi wymogami zamawiającego odnośnie terminów dostawy objętego zamówieniem publicznym sprzętu, a także konsekwencjami niedotrzymania tych terminów, w szczególności w zakresie uprawnienia zamawiającego do żądania kar umownych od pozostającego w zwłoce ze spełnieniem świadczenia wykonawcy. Nie podlega wątpliwości, iż niedostarczenie przez wykonawcę w terminie objętego zamówieniem publicznym sprzętu spowodować może negatywne konsekwencje po stronie zamawiającego, wiążące się w szczególności z powstaniem po jego stronie szkody. W związku z powyższym istnieje konieczność zastrzeżenia kary umownej stanowiącej substytut odszkodowania w wysokości określonej z góry przy zawieraniu umowy.

#### **Pytanie 7**

Czy Zamawiający w zakresie Pakietu IX ma na myśli materiały eksploatacyjne charakteryzujące się wysoką jakością, znane i atestowane przez producenta urządzenia lub/i przez jego autoryzowanego przedstawiciela/serwis, czyli takie, które są – w sposób potwierdzony stosownym oświadczeniem tych podmiotów – w pełni kompatybilne z eksploatowanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem Medrad Stellant CT (nr seryjny 25906) i nie spowodują usterek w jego działaniu, ani jego uszkodzenia?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu wolnego od wad, nie powodującego uszkodzeń wstrzykiwacza Medard Stellant i dopuszcza złożenie oświadczenia potwierdzającego kompatybilność oferowanego sprzętu.

#### **Pytanie 8 Pakiet IX**

Czy Zamawiający w zakresie Pakietu IX pisząc:

*Zestaw do systemu Medrat Stellant CT. Wkład jednorazowy o pojemności 200 ml, złącze szybkiego napełniania oraz złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem. Zestaw jednorazowy, sterylny.(...)*

ma na myśli:

*Zestaw do systemu Medrad Stellant CT, składający się z: dwóch wkładów o poj. 200 ml każdy, łącznika niskociśnieniowego o długości 150 cm z trójnikiem Y i z zastawką antyzwrotną, dwóch sztuk złączy szybkiego napełniania (łączniki rurkowe) oraz ostrza typu "spike". Zestaw jednorazowy, sterylny?*

Dokładnie takie zestawy stosowane są przez Zamawiającego przy eksploatacji wstrzykiwacza kontrastu Medrad Stellant CT w Pracowni Tomografii Komputerowej.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pakiecie IX i wymaga zestawów złożonych z dwóch wkładów: jeden o pojemności 65ml i drugi o pojemności 150ml, złącza niskiego ciśnienia o długości 240-250cm i trójnikiem typu „Y”, z zaworem zwrotnym oraz z 2-oma ostrzami typu „spike”. Okres ważności 12 miesięcy od daty dostawy. Pozostałe zapisy b/zm.

**Pytanie 9**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr XV igieł do biopsji tkanek miękkich półautomatycznych bez dodatkowego mandrynu. Pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igły bez dodatkowego mandrynu.

Korzystając z uprawnień wynikających z art. 38 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje przedmiot zamówienia w pakiecie XIX **1.Zestaw elektrod typu „Prass” z małym uchwytem** poprzez dopisanie poniższego zdania w jego opisie:  
**„elektrody 4-kanalowe o długości 12,5mm.”**

W związku z tym, że modyfikacje specyfikacji nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej - Sarna