

Poznań, dnia 2011-06-13
EZ/___4012/1___/2011

Wg rozdzielnika
Do uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne

Dotyczy: przetargu nieograniczonego [68/2011] - Zakup i dostawa ZESTAWU DO KLEINSASSERA.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE: Pkt. 5. Czy zamawiający dopuści ochraniacz na zęby metalowy?

ODPOWIEDŹ: Nie, ponieważ ochraniacz metalowy może uszkodzić szkliwo.

PYTANIE: Pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne Kleinsasser, bransze okrągłe rozmiar 3 mm, jedna bransza ruchoma, długość robocza 23 cm?

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE: Pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne Kleinsasser, bransze okrągłe rozmiar 4 mm, jedna bransza ruchoma, długość robocza 23 cm?

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE: Pkt. 19. Czy Zamawiający dopuści Rurkę ssąco-koagulująca Kleinsasser, monopolarna, średnica zewnętrzna 2,5 mm, długość robocza 28 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści rurki ssąco-koagulującej długości powyżej 25cm, ponieważ można precyzyjniej dotrzeć miejsce krwawienia narzędziem tej długości, dodatkowo narzędzie długości powyżej 25 cm wygina się co skutkuje małą skutecznością.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna