

Poznań, dn. 07.07.2011 r

EZ/ 4641/2011

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 95/2011 na zakup i dostawę odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą aparatu do przeprowadzania badań.

Wielkopolskie Centrum Onkologii, informuje że wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający ze względu na małą ilość planowanych badań parametru HIT PF4-AB zechce zrezygnować w przypadku tego parametru z wymogu ilości materiałów kontrolnych zapewniających wykonanie kontroli na dwóch poziomach w każdy dzień roboczy?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający rezygnuje z wykonania badań parametru HIT PF4-AB na dwóch poziomach w każdy dzień roboczy.

Pytanie 2

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisów dotyczących zmian umowy w brzmieniu:

„Zamawiający dopuszcza przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi umowy, przy zachowaniu maksymalnej wartości umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis i podtrzymuje zapisy zawarte w umowie .

Zamawiający modyfikuje treść siwz - w umowie i wprowadza w miejsce dotychczasowych zapisów, nowe zapisy o poniższej treści:

w §3 ust. 9:

*„W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Odczynników w terminie, wskazanym w ust. 4 pkt a) niniejszego paragrafu, zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość różnicy pomiędzy ceną zakupu zamówionych i niedostarczonych w terminie przez Wykonawcę Odczynników, a łącznym kosztem wykonania przez Zamawiającego badań koagulologicznych w innej jednostce wykonującej takie badania, przy czym badania te zwane będą w dalszej części niniejszej umowy „**Badaniami Interwencyjnymi**”. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kwoty wskazanej w zdaniu poprzednim w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia*

otrzymania kopii faktury potwierdzającej wykonanie przez Zamawiającego Badań Interwencyjnych.”

w §6 ust. 16:

„W przypadku, gdy wady i usterki Urządzenia nie zostaną usunięte w ciągu 24 godzin od powiadomienia o ich wystąpieniu, Wykonawca (Wydzierżawiający) zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość kosztów wykonanych przez Zamawiającego badań koagulologicznych w innej jednostce, wykonującej takie badania.”

w §10 :

- 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o wyrobach medycznych, jeżeli przepisy Ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.*
- 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.*
- 3. Strony zgodnie postanawiają że w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku danego rodzaju Odczynników dopuszczalna będzie zmiana umowy polegająca na zmianie tego rodzaju Odczynników na inny o parametrach nie gorszych niż wskazane w ofercie złożonej przez Wykonawcę. W razie dokonania zmiany, o której mowa w zdaniu poprzedzającym cena sprzedaży nowych Odczynników nie ulegnie zmianie.*
- 4. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy w zakresie innym niż opisany w ust. 3 niniejszego paragrafu mogą mieć miejsce tylko w razie wystąpienia okoliczności mających wpływ na wykonanie zobowiązań stron wynikających z niniejszej umowy, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.*
- 5. Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy na drodze ugodowej.*
- 6. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa odstąpienia od niniejszej umowy bez zapłaty odstępnego, we wszelkich przypadkach przewidzianych postanowieniami niniejszej umowy, w terminie 3 miesięcy od chwili wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę do skorzystania z prawa odstąpienia od niniejszej umowy.*
- 7. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.*
- 8. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.*

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata kołodziej - Sarna