

Poznań, dnia 2011-07-21

EZ/\_\_\_\_5080\_\_\_\_/2011

**Wg rozdzielnika :**  
**do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne.**

*[Dotyczy: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do centralnej sterylizacji. \[103/2011\]](#)*

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

**Pyt. 1, Pakiet 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów do sterylizacji plazmowej – Typu Tyvek zgodnych z SIWZ o długości rolki = 100m oraz na odpowiednie przeliczenie wymaganych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawów o długości rolki = 100 m, w takim przypadku wymaga się odpowiednie przeliczenie ilości.

**Pyt. 2, Pakiet 1:** Czy w razie negatywnej odpowiedzi na powyższe zapytanie, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów o długości 100m z przeliczeniem ilości jeden do jednego?

**Odpowiedź:** jest pozytywna.

Z poważaniem,  
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna