

Poznań, dn. 18.08.2011 r

EZ/ 6048/2011

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 107/2011 na zakup i dostawę staplerów, magazynków, plastrów do zbliżania brzegów rany.

Wielkopolskie Centrum Onkologii, informuje że wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do wymienionego w tytule przetargu, na które zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1**

**Dotyczy pakietów 1,2,3**

Czy poprzez kartę charakterystyki metalu Zamawiający rozumie informację producenta staplera wskazującą normę, której wymagania spełnia zastosowany tytan wraz z podaniem składu chemicznego przykładowej partii tytanu użytej do produkcji zszywek?

Odp.

Przez kartę charakterystyki metalu Zamawiający rozumie oświadczenia producenta, że zszywki i ładunki do staplerów wykonane są z tytanu zgodnie z normą ISO 5832-2:1999 Implanty w chirurgii – Materiały metalowe – Część 2: niestopowe tytanu.

**Pytanie 2**

Czy w przypadku, gdy Zamawiający będzie dokonywał zamówień wyrobów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia na sztuki a nie na opakowania, dopuszcza dodanie do oznaczenia kodowego, które będzie zamieszczone na fakturze symbolu „u” oznaczającego najmniejszą jednostkę towaru (1 sztuka)?

Odp. Tak.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej - Sarna