

Poznań, dn. 12.08.2011 r

EZ/ 5951 /2011

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 96/2011 na zakup i dostawę UNITU LARYNGOLOGICZNEGO i TORU WIZYJNEGO - Zestawu do endoskopowych operacji zatok przynosowych FESS dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożone przez Wykonawców:

Pytanie 1

Parametr 4: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania unitu laryngologicznego wyposażonego w moduł funkcyjny o wymiarach 985/488/510mm i moduł na instrumentarium o wymiarach 975/ 485 / 480 mm z dużą powierzchnią na instrumentarium o wymiarach 900 mm / 480 mm?

Odp. Tak.

Pytanie 2

Parametr 5 i 6: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pompy ssącej, tłokowej, bezolejowej i bezobsługowej o lepszych parametrach ssania (50l/min, 92% próżni) ? Pragniemy nadmienić , że nie istnieją żadne różnice dla Użytkownika pomiędzy pompą membranową i tłokową.

Odp. Tak.

Pytanie 3,

Parametr 10: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie unitu wyposażonego w system przepłukiwania drenów ssaka ze zbiornikiem uzupełnianym manualnie ?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Uzupełnienie zbiornika do przepłukiwania drenów jest znacznie nowocześniejszym i lepszym rozwiązaniem dla użytkownika.

Pytanie 4

Parametr 23: Czy Zamawiający dopuści unit laryngologiczny który posiada oznaczenie zadanej temperatury wody do płukania umieszczone przy pokrętle do regulacji temperatury wody?

Odp. Tak.

Pytanie 5

Parametr 24 : Czy Zamawiający dopuści Zaoferowanie unitu posiadającego akustyczne alarmy w przypadku awarii unitu?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Informacja w postaci kodów cyfrowych jest znacznie bardziej czytelna i pozwala na szybsze zdiagnozowanie usterki.

Pytanie 6

Parametr 27 i 28: Czy Zamawiający dopuści unit laryngologiczny bez bocznej małej półki (na tackę) ale posiadający prawie dwukrotnie większą powierzchnię na instrumentarium niż wymagana w SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie 7

Parametr 29: Czy Zamawiający dopuści unit wyposażony w 3 pary kuwet do dezynfekcji i przechowywania optyk wbudowane w moduł funkcyjny ?

Odp. Tak.

Pytanie 8

Parametr 52: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie unitu z powierzchnią instrumentarium zamykaną pokrywą wykonaną z plexiglasu odporną na środki dezynfekcyjne?

Odp. Tak.

Pytanie 9

Parametr 4: „Każdy moduł o max. Wymiarach: (wys x szer x gł.) 890 x 420 x 550 mm”

Czy Zamawiający dopuści unit o łącznej szerokości 2 modułów 1250 cm? Zamawiający w specyfikacji podał wymiary z dokładnością co do 1 mm. Uniemożliwia to złożenie ofert innych producentów, których unity odbiegają choćby 1 mm od podanego modelu.

Odp. Tak

Pytanie10

Parametr 10, „System przepłukiwania drenów ssaka wraz z automatycznie uzupełniającym się zbiornikiem płuczającym”

Czy Zamawiający dopuści unit z manualnie napelnianym zbiornikiem płuczającym?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje SIWZ. Uzupełnienie zbiornika do przepłukiwania drenów jest znacznie nowocześniejszym i lepszym rozwiązaniem dla użytkownika.

Pytanie 11

Parametr 11: „Moduł wyposażony w system instalacji odprowadzający odessaną treść do kanalizacji”

Parametr 14: „Elektryczny zawór wodny doprowadzający wodę do unitu i automatycznie odcinające zasilanie wodne w przypadku awarii unitu.”

Parametr 16: „Moduł zasilany wodą z instalacji wody pitnej , podejście3/4””

Czy Zamawiający dopuści unit bez możliwości podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej i bez zawora doprowadzającego i odcinającego zasilanie wodne? Zamiast tego proponujemy unit posiadający wewnętrzny zbiornik na wodę oraz słój zbiorczy bez automatycznego opróżniania. Jest on znacznie tańszy w eksploatacji (brak konieczności zakupu drogich filtrów), znacznie mniej awaryjny (z uwagi na kontrolę jakości używanej wody), znacznie bardziej mobilny (brak potrzeby adaptacji pomieszczeń i wyposażania ich każdorazowo w instalację przyłączeniową) oraz tańszy w zakupie. Funkcjonalnie jest urządzeniem o nie gorszych parametrach.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający oczekuje unitu bezobsługowego tzn. treść słoja ssaka będzie automatycznie wypompowywana do kanalizacji oraz w przypadku awarii unit automatycznie odetnie dopływ wody.

Pytanie 12

Parametr 18: „Możliwość regulacji temperatury wody w zakresie 36°C – 38°C”

Czy Zamawiający dopuści unit z wbudowanym modulem do płukania ucha ciepłą wodą o temperaturze 37°C, wyposażony w termostat do kontrolowania temperatury bez możliwości regulowania temperatury wody w zakresie 36°C – 38°C? Temperatura 37°C jest najbardziej właściwa.

Odp. Tak.

Pytanie 13

Parametr 23: „Wyświetlacz LED aktualnej temperatury na panelu przednim”

Czy Zamawiający dopuści unit z wyświetlaczem LCD zamiast LED? Temperatura będzie pokazywana w taki sam sposób na ekranie LCD jak i LED.

Odp. Tak.

Pytanie 14

Parametr 24: „System kodów cyfrowych informujących o awarii modułu”

Czy Zamawiający dopuści unit z systemem informującym o awarii wyświetlanym na panelu z ekranem LCD?

Odp. Tak.

Pytanie 15

Parametr 27: „W zestawie unitu dołączone dwie półki boczne”

Czy Zamawiający dopuści unit z systemem wysuwanych półek w postaci szuflad z możliwością opuszczenia ich przednich części z uchwytami otwierającym?

Odp. Tak.

Pytanie 16

Parametr 42: „Funkcja “zamrażania” obrazu dostępna zarówno z poziomu panelu urządzenia i przycisku nożnego.

Czy zamawiający dopuści funkcję zamrażania tylko z poziomu przycisku nożnego?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga dwóch alternatywnych rozwiązań opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 17

Parametr: 48: „Laryngoskop: Ø 10mm, dł. robocza 195 mm, kąt widzenia 70° lub 90°”

Czy Zamawiający dopuści laryngoskop o średnicy 8 mm, długości roboczej 190 mm, kącie widzenia 70° lub 90°? Oferowane urządzenie jest funkcjonalnie takim samym instrumentem, jak opisane w specyfikacji.

Odp. Tak.

Pytanie 18

Parametr:50: „Dodatkowy wysuwany blat metalowy”

Czy Zamawiający dopuści oferowanie unitu bez dodatkowego wysuwanego blatu?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Dodatkowy blat to kolejna niezbędna powierzchnia do pracy w unicie laryngologicznym.

Pytanie 19

Parametr 51: „Moduł wyposażony w śmietniczkę otwieraną nogą .”

Czy Zamawiający dopuści śmietniczkę otwieraną ręką?

Odp. Nie. Otwierane śmietniczki nogą jest wygodniejszym rozwiązaniem dla użytkownika unitu, który podczas wykonywania badania ma zazwyczaj zajęte ręce.

Pytanie 20

Parametr 52: „Dodatkowa powierzchnia na instrumentarium, zamykana roletą.”

Czy Zamawiający dopuści unit z dodatkową powierzchnią na instrumentarium z systemem przegródek (dowolnie konfigurowanym przez użytkownika), zamykaną pokrywką z plexiglasu zamiast roletą? Funkcjonalnie oba rozwiązania nie różnią się od siebie

Odp. Tak.

Pytanie 21

Parametr 54: „Regulacja wysokości fotela w zakresie 46-66 cm”

Czy Zamawiający dopuści oferowane fotela z regulacją wysokości w zakresie 48-90 cm.

Odp. Tak.

Pytanie 22

Parametr 59: „Regulacja wysokości w zakresie 46-62cm.”

Czy Zamawiający dopuści oferowane krzesła lekarza z regulacją wysokości w zakresie 53-66 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie krzesła lekarza z regulacją wysokości w zakresie 51- 67 cm (odpowiedź związana jest z później zadaniem pytaniem dotyczącej tej samej kwestii).

Pytanie 23

Parametr 60: „Regulacja ustawienia wysokości oparcia .”

Czy Zamawiający dopuści oferowane krzesła lekarza z regulacją kąta oparcia pleców, bez regulacji wysokości oparcia?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ, natomiast dopuszcza aby krzesło posiadało dodatkową regulację kąta oparcia pleców.

Pytanie 24

Parametr 65: „Zamawiający wymaga przynajmniej 3 referencji z dostaw unitów z ostatnich trzech lat na kwotę łącznie za min. 300 000 zł brutto”

Czy Zamawiający dopuści przynajmniej 3 referencji z dostaw unitów z ostatnich trzech lat na kwotę łącznie za min. 260 000 zł brutto?

Odp. Tak.

Pytanie 25

Zamawiający określił czas dostawy dla unitu (Pakiet 1) na 4 tygodnie, natomiast dla Pakietu 2 – 8 tygodni. Unit laryngologiczny jest urządzeniem produkowanym wg specyfikacji definiowanej przez Zamawiającego i wobec powyższego jego produkcja wymaga znacznie więcej czasu niż produkcja standardowych rozwiązań z Pakietu 2. Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 26

Czy zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu do 24 godzin?

Odp. Tak.

Pytanie 27

.Czy Zamawiający dopuści unit ze stałą temperaturą wody do irygacji 37st C? Stała temperatura jest utrzymywana za pomocą elektronicznego regulatora. Systemy irygacji włączają się i wyłączają automatycznie w zależności od potrzeby, dzięki temu zapewniona jest stała temperatura irygacji.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie,

Pytanie 28

Czy Zamawiający dopuści unit bez wyświetlacza LED aktualnej temperatury.

W przypadku unitu ze stałą temperaturą wody taki wyświetlacz nie jest niezbędny.

Odp. Nie Zamawiający uważa, że wyświetlacz LED aktualnej temperatury jest w nowoczesnym unicie niezbędny.

Pytanie 29

Czy Zamawiający dopuści unit bez dodatkowych półek bocznych, z systemem kuwet do przechowywania i dezynfekcji optyk, tackami narzędziowymi ze stali nierdzewnej zabudowanymi w unicie?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuści ksenonowe źródło światła nie wyposażone w dwie żarówki o mocy 150W, jedynie w palnik metalhaloidowy o mocy 35W? Jest to ekwiwalent świetlny źródła światła

halogenowego o mocy powyżej 250W. Czas pracy takiego palnika to ponad 2000h (około 50 h dla żarówki halogenowej), temperatura barwowa 6100K jest idealna dla oświetlania obrazu dla kamery video.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuści zamiast rolety pokrywającej miejsce na instrumentarium pokrywą z akrylu? Jest to rozwiązanie łatwiej pozwalające utrzymać czystość.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 32

Czy Zamawiający dopuści krzesło lekarza o zakresie regulacji od 51cm do 67cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 33

Czy Zamawiający wydłuży czas dostawy do 8 tygodni od dnia podpisania umowy? Prośbę tą motywujemy faktem, iż proponowany sprzęt nie jest produkcji polskiej a czas dostawy uzależniony jest od zagranicznego producenta i może wynieść nieznacznie dłużej niż wymaga Zamawiający. Prosimy wziąć pod uwagę, iż jest to sprzęt specjalistyczny produkowany na zamówienie, a czas produkcji uzależniony jest od producenta i wynosi więcej niż 4 tygodnie.

Odp. Tak, Zamawiający przedłuża termin dostawy do 8 tyg. od daty podpisania umowy.

Pytanie 34

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48h od zgłoszenia? Ze względów logistycznych wymóg reakcji 24h od zgłoszenia może być trudny do spełnienia dla wykonawców, którzy mają siedzibę serwisu w odleglejszych częściach Polski.

Odp. Nie, zdaniem Zamawiającego 24h to czas wystarczający na reakcje serwisu.

Pytanie 35

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu "W przypadku 2-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, Wykonawca obowiązany jest wymienić ten element (podzespół) na nowy." zapisem: "W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, Wykonawca obowiązany jest wymienić ten element (podzespół) na nowy."

Odp. Nie

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści załącznika numer 6 do siwz stanowiącego projekt umowy w zakresie § 3 ust. 17 pkt h) w sposób zaproponowany przez Wykonawcę.

Wykonawca podejmując decyzję o złożeniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego postępuje w sposób świadomy, kierując się między innymi wymogami zamawiającego odnośnie warunków gwarancji udzielanej na dostarczony sprzęt. Zamawiający ma prawo i obowiązek zabezpieczenia swoich interesów. Możliwość dokonania 2-krotnej naprawy wadliwego sprzętu gwarantuje wystarczająco dużo okazji wykonawcy do trwałego usunięcia wady. Jeśli okaże się to niemożliwe, to tak okoliczność skłania do negatywnej prognozy co do kolejnych napraw.

Pytanie 36

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kary umownej w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy do 0,2% za każdy dzień? 0,2% to standardowa kara w przypadku opóźnienia stosowana w większości umów przetargowych.

Odp. Nie, jednak częściowo przychylając się do prośby Pytającego Zamawiający wyraża zgodę na wysokość kary umownej w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy w przypadku nieterminowej realizacji umowy, za każdy dzień zwłoki.

Pytania dot. Pakietu nr 2

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 wagę głowicy kamery równą 170g ?Korzystniejszym jest wybór jak najlżejszych głowic kamer. Nie rozumiemy zapisu głowica nie lżejsza niż 230 g.

Odp. Tak. Jednocześnie wyjaśniamy, że zapis siwz brzmiał ;”Waga głowicy kamery nie większa niż”

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 wyjścia sterownika kamery : DVI i SDI-HD umożliwiające przesyłanie obrazu w wysokiej rozdzielczości na duże odległości, np. telekonferencja ?

Odp. Tak.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 procesor kamery wyposażony dodatkowo w wyjścia HD-RGB, S-Video, FBAS umożliwiające podłączenie innych urządzeń tak aby móc wykorzystać wszystkie możliwości sterownika kamery ?

Odp. Tak.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 monitor bez potwierdzenia tego zapisu gdyż producent nie podaje takich danych ?

Odp. Tak.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 monitor LCD o wejściach : 2x DVI, HD-SDI,, HD-RGB, S-Video, BNC, i wyjściach: DVI, S-Video, SDI ?

Odp. Tak.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 3 możliwość sterowania natężeniem światła za pomocą dotykowej skali drabinkowej lub nawet bezdotykowo - zamiast pokrętki ?

Odp. Tak.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 4 urządzenie o zasilaniu 100 V, 115 V/60 Hz lub 230 V/50 Hz ?

Odp. Tak.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 12 elewator Freer długości 18 cm ?

Odp. Tak.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 22 rurkę ssącą v. Eickena, z Luer Lock, długo zakrzywiona, średnica zewnętrzna 2,5 mm, dł. 14 cm ?

Odp. Tak.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 23 punch zatokowy okienkowy, zagięty 90°, prawrotny, dł. robocza 12 cm ?

Odp. Tak.

Pytanie11

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 24 punch zatokowy okienkowy, zagięty 90°, lewrotny, dł. robocza 12 cm ?

Odp. Tak.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 25 Kerison 2 mm, zagięty do dołu 90°, długość robocza 18 cm ?

Odp. Tak.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 26 Kerison 2 mm, zagięty pod górę 90°, długość robocza 18 cm ?

Odp. Tak.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 30 kleszcze zatokowe ANTRUMGRASPING, zagięte do dołu i otwarcie 120°, dł. 10 cm ?

Odp. Tak.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wymaga aby elektroda bipolarna nosowa do koagulacji podśluzówkowej, prosta na końcu miała zaostrome końcówki , tak aby aplikacja przez tkankę była łatwiejsza i nie sprawiała operatorowi trudności we wbijaniu ?

Odp. Tak.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 43 raspator ssący do przegrody, bagnetowy, koniec płaski ścięty średnicy 4 mm, długość 20cm ?

Odp. Tak.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 44 sondę zatokową Ritter do zatoki czołowej, rozmiar 2 , średnica 3 mm, długość 16 cm ?

Odp. Tak.

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 45 młotek Cottle, długość 19cm ?

Odp. Tak.

Pytanie 19 Czy Zamawiający dopuści w pozycji 48 kleszczyki do serwet Backhaus o długości 9 cm ?

Odp. Tak.

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 49 miseczkę pojemności 25 ml ?

Producent nie podaje pozostałych wymiarów.

Odp. Tak.

Pytanie 21

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 50 miseczkę pojemności 25 ml. ?

Producent nie podaje pozostałych wymiarów.

Odp. Tak

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 51 kleszcze nosowe, bransze proste, z oczkiem, rozmiar 2 , długość robocza 12 cm ?

Odp. Tak

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 52 kleszcze nosowe, bransze proste, z oczkiem, rozmiar 4 , długość robocza 12 cm ?

Odp. Tak

Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 53 kleszcze nosowe, bransze 450 do góry, z oczkiem, rozmiar 2 , długość robocza 12 cm ?

Odp. Tak

Zamawiający informuje, że na pozostałe pytania dotyczące zapisów umowy zostaną udzielone odpowiedzi w najbliższym czasie.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert z dnia 17.08.2011r na dzień **19.08.2011r – składanie ofert do godz. 9.00, otwarcie ofert o godz. 10.00.**

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej - Sarna