

Poznań, dn.19.10.2011 r

EZ/ 7612 /2011

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 132/2011 na zakup i dostawę sprzętu medycznego
Sterylnego jednorazowego użytku i niesterylnego wielorazowego użytku.

Wielkopolskie Centrum Onkologii, informuje że wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do wymienionego w tytule przetargu, na które zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy zamawiający w **pakiecie I** dopuści:

- objętość wewnętrzna komory 0,27 ml zamiast 0,5ml
- membranę o średnicy 10 mm zamiast 12mm

Odp. Nie. Negatywna odpowiedź na zadane pytanie spowodowana jest faktem, iż zarówno objętość komory portu jak i średnica membrany jest przez nas nieakceptowalna z powodu specyfiki leczenia pacjentów onkologicznych w szpitalu WCO.

Pytanie 2

czy zamawiający w **pakiecie II** dopuści:

- igłę do portów z drenem 20G/15 mm zamiast wymaganych 17mm

Uzasadnienie:

Nasza firma od dawna zajmuje się dystrybucją portów tytanowych i dopuszczenie powyższych parametrów pozwoli naszej firmie złożyć konkurencyjną ofertę ze sprzętem wysokiej jakości.

Odp. Zamawiający dopuszcza w pakiecie II igły w rozmiarze 20G/15mm.

Pytanie 3

czy zamawiający w **pakiecie XII** dopuści:

- oryginalny bezigłowy zawór dostępu żylnego i tętniczego przeznaczony na 7 dni i 360 aktywacji nieprzezroczysty z przepływem ok.200ml/min.

Uzasadnienie:

Przepływ 525ml/min jest wskazany w hemodializie, w pozostałych procedurach wystarczy przepływ ok.200ml/min. . System ten jest stosowany w wielu klinikach w kraju.

Odp. Zamawiający podtrzymuje wymóg min. przepływu 525 ml/min, ponieważ łączniki są stosowane przy hemodializie. Przezroczystość korka umożliwia podgląd przepływu płynu i krwi, gwarantując tym samym łatwość utrzymania systemu w czystości.

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający modyfikuje treść siwz i dodaje nowy pakiet XV dot. sprzętu medycznego sterylnego jednorazowego użytku –

Pakiet XV - ściereczka sterylna – 40 000szt.

Sterylna ściereczka do osuszania rąk po myciu chirurgicznym, niepozostawiająca włókien na dłoniach po jej użyciu. Wykonana z bardzo chłonnej celulozy, o gramaturze 54-51 gm². Rozmiar 30x42 cm (±2 cm). Ściereczka sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 1 rok. Na opakowaniach zewnętrznych powinna znajdować się przynajmniej 1 samoprzylepna kontrolka umożliwiająca powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z identyfikacją danego wyrobu. W celu weryfikacji, zamawiający wymaga dołączenia do oferty 10 szt. ściereczek.

W związku z rozszerzeniem zakresu zamówienia o pakiet XV – Zamawiający określa kwotę wadium jaką należy wnieść przy składaniu oferty na pakiet XV: kwota ta wynosi – **760,00zł.** i w związku z tym 57 590,60zł. na całość zamówienia.

Zmiany siwz nie powodują zmiany terminu składania i otwarcia ofert, ponieważ termin składania ofert jest dłuższy niż 22 dni od dnia przekazania niniejszej zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – w trybie przetargu nieograniczonego.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna