

Poznań, dn.20.10.2011 r

EZ/ 7668 /2011

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 132/2011 na zakup i dostawę sprzętu medycznego
Sterylnego jednorazowego użytku i niesterylnego wielorazowego użytku.

Wielkopolskie Centrum Onkologii, informuje że wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do wymienionego w tytule przetargu, na które zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy w celu poszerzenia konkurencji Zamawiający wydzieli z pakietu IX do odrębnego pakietu poz. 1-
ustniki endoskopowe z gumką.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i wyłącza poz. 1 z pakietu IX tworząc nowy **pakiet nr XVI**.

Pytanie 2

Pakiet IV

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartuchów o następujących parametrach:]

Włóknina pięciowarstwowa SSMMS, gramatura w części podstawowej 35g/m² „ 1 kontrolka

samoprzylepna do dokumentacji, ściereczki chłonne o wymiarze 33,5x32,8 cm

W rozmiarach M, L, XL, XXL. Posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę, podwójny szew na rękawach, szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów, zapinane na szyi na rzepy, posiadający przepuszczające powietrze wzmocnienia z laminatu w części przedniej i na rękawach
Odporność na przenikanie cieczy >49 cm H₂O Odporność na rozerwanie na sucho – 200 Kpa, na mokro 188 Kpa

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Postawione wymogi przez Zamawiającego w Pakiecie nr XII wskazują bezpośrednio na łącznik bezigłowy firmy Becton Dickinson, wymóg membrany która winna obejmować w całości górną końcówkę łącznika nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia. Ustawa w sposób jasny mówi:

Art.29.2 „Przedmiot zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.”

Art. 7.1 „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców”

Art. 7.2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

Wnosimy o odstąpienie od wymogu aby membrana obejmowała w całości górną część końcówki łącznika i dopuszczenie membrany, która osadzona jest na równi z końcówką.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz, ponieważ membrana obejmująca górną część końcówki łącznika tworzy jednolitą powierzchnię łatwa do dezynfekcji systemu. W przypadku braku takiego rozwiązania może dojść do osadzenie się zanieczyszczeń na granicy membrany i obudowy łącznika.

Pacjenci onkologiczni są szczególną grupą pacjentów, u których istotnym aspektem jest zachowanie jałowości sprzętu.

Zamawiający nie zgadza się z zarzutem ograniczenia konkurencji, ponieważ istnieje co najmniej dwóch producentów (znanych zamawiającemu) stosujących takie rozwiązania techniczne.

Pytanie 4

Pakiet nr 4:Poz. nr 1

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych jałowych fartuchów chirurgicznych SMMS PP polipropylen) pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 40g/m², nieprzemakalność 34,7 cm H₂O.

Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tyłne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową.

W opakowaniu znajdują się ściereczki o wymiarze 33 x 33 cm.

Zestaw owinięty w papier krepowy zabezpieczający przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania. Na opakowaniu znajduje się jedna naklejka samoprzylepna.

Odp. Nieprzemakalność 34,7cm H₂O nie spełnia oczekiwań Zamawiającego ze względu na długotrwałość wykonywanych zabiegów i duży kontakt z płynami. Stosowanie fartuchów odpornych na przenikanie cieczy zmniejsza niebezpieczeństwo narażenia personelu operacyjnego na krwiopochodne czynniki infekcyjne przenoszone przez krew i płyny ustrojowe. Dlatego Zamawiający wymaga odpowiedniej barierowości i podtrzymuje wymóg nieprzemakalności min. 40cm H₂O

Pytanie 5

Pakiet nr 7: Poz. nr 1

Prosimy o dopuszczenie w zestawie serwety do nakrycia stołu instrumentariuszki o wymiarach 140 cm x 190 cm

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Pakiet nr 11:Poz. nr 1

Prosimy o dopuszczenie serwet w rozmiarze 90 cm x 100 cm i 50 cm x 50 cm

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy siwz bez zmian.

W związku z wyłączeniem poz. 1 z pakietu IX i utworzeniem nowego pakietu XVI – Zamawiający określa kwoty wadium jakie należy wnieść przy składaniu oferty na ww pakiety: **pakiet IX - 21600,00 PLN.** i **pakiet XVI – 280 PLN;** kwota wadium na całość zamówienia wynosi 57 590,60zł.

Zmiana siwz mimo, iż powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu, nie powoduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert, ponieważ termin składania ofert jest dłuższy niż 22 dni od dnia przekazania niniejszej zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – w trybie przetargu nieograniczonego.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna