

Poznań, dn. 26.10.2011 r

EZ/ 7812 /2011

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 136/2011 na zakup i dostawę narzędzi chirurgicznych

Wielkopolskie Centrum Onkologii, informuje że wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do wymienionego w tytule przetargu, na które zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1 Czy Zamawiający w poz. 61 dopuści również narzędzie o długości 160 mm, spełniające wszystkie pozostałe parametry ?

Odp. TAK.

Pytanie 2 Czy Zamawiający w poz. 62 dopuści również narzędzie o długości 240 mm, spełniające wszystkie pozostałe parametry ?

Odp. TAK.

Pytanie 3 Czy Zamawiający w poz. 63 dopuści również narzędzie o długości 200 mm, spełniające wszystkie pozostałe parametry ?

Odp. TAK.

Pytanie 4 Czy Zamawiający w poz. 64 dopuści również narzędzie o długości 210 mm, spełniające wszystkie pozostałe parametry ?

Odp. TAK.

Pytanie 5 Czy Zamawiający w poz. 66 dopuści również narzędzie o długości 210 mm, spełniające wszystkie pozostałe parametry ?

Odp. TAK.

Pytanie 6 Czy Zamawiający w poz. 67 dopuści również narzędzie o długości 260 mm, spełniające wszystkie pozostałe parametry ?

Odp. TAK.

Pytanie 7 Czy Zamawiający w poz. 69 dopuści również narzędzie o długości 200 mm, spełniające wszystkie pozostałe parametry ?

Odp. NIE. Zaproponowana penseta jest zbyt krótka, dlatego zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w siwz.

Pytanie 8 Czy Zamawiający w poz. 70 dopuści również narzędzie o długości 150 mm, spełniające wszystkie pozostałe parametry ?

Odp. TAK.

Pytanie 9 Czy Zamawiający w poz. 77 dopuści również narzędzie o szerokości łyżki 21 mm, spełniające wszystkie pozostałe parametry ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza narzędzia o szerokości 21mm, ponieważ jest zbyt wąskie.

Pytanie 10 Czy Zamawiający w poz. 79 dopuści również narzędzie o długości 75 mm, spełniające wszystkie pozostałe parametry?

Odp. TAK.

Pytanie 11 Czy Zamawiający w poz. 80 dopuści również narzędzie o długości 85 mm i szerokości 35 mm, spełniające wszystkie pozostałe parametry ?

Odp. TAK.

Pytanie 12 Czy Zamawiający w poz. 81 dopuści również narzędzie o długości 210 mm, spełniające wszystkie pozostałe parametry ?

Odp. TAK.

Pytanie 13 Czy Zamawiający w poz. 82 dopuści również narzędzie o długości 210 mm, spełniające wszystkie pozostałe parametry ? Czy Zamawiający oczekuje żeby narzędzie było zagięte zgodnie z kodem MD592?

Odp. TAK. Zamawiający oczekuje, aby narzędzie było zagięte zgodnie z kodem MD592 katalogu BBraun. Koryguje się opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 82: w miejsce wyrazu „proste” wprowadza się wyraz „ZAGIĘTE”.

Pytanie 14 Czy Zamawiający w poz. 88 dopuści również narzędzie o długości 320 mm, posiadające inną nazwę (typ SIMMS)?

Odp. TAK.

Pytanie 15 Czy Zamawiający w poz. 89 dopuści również narzędzie o długości 280 mm, bez ruchomego stożka?

Odp. NIE. Ruchomy stożek umożliwia atraumatyczne założenie narzędzia zarówno w przypadku macicy przodozgiętej jak i tyłozgiętej.

Modyfikacja nie powoduje zmiany treści ogłoszenia dlatego Zamawiający nie przesuwa terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień **28.10.2011 r.** do godz. **9⁰⁰** i **otwarcie ofert** o godz. **10⁰⁰**.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. J.Jerzy Mazurek