

Poznań, dnia 16.12.2011  
EZ/9145/1/ 2011

Wg rozdzielnika:  
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.


dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 146/2011 Zakup i dostawa opatrunków

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

#### PYTANIE

Pakiet nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z folii poliuretanowej z systemem aplikacji – „ramka”, wycięcie „V” na port pionowy, część wzmocniona włókniną, 2X Taśma włókninowa samoprzylepna do mocowania kaniuli, 1 x Taśma do opisu, o rozmiarze 7cm x 8.5cm?



#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### PYTANIE

Pakiet nr 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści przyklepic nawinięty na rolkę, opakowanie a 12szt. z przeliczeniem ilości zamawianej?

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza nawinięcie przylepca na rolkę oraz opakowanie 12szt. z przeliczeniem ilości na 42op i podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ.

#### PYTANIE

Pakiet nr 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 45x45cm, 4 warstwowa, z nitką RTG oraz tasiemką?

#### ODPOWIEDŹ

Nie, ponieważ serweta o rozmiarze 45 x 45 jest zamieszczona w pakiecie nr 7

#### PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy, bez perforacji, który nie jest wodoodporny?

#### ODPOWIEDŹ

Nie, Zamawiający wymaga opatrunku opisanego w SIWZ.

#### PYTANIE

Pakiet nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sterylną dwuwarstwową laminowaną serwetę z włókniną absorbującą na powierzchni oraz folią na stronie tylnej o rozmiarze 90x120cm?

#### ODPOWIEDŹ.

TAK.

#### PYTANIE

Pakiet nr 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści sterylną dwuwarstwową laminowaną serwetę z włókniną absorbującą na powierzchni oraz folią na stronie tylnej?

#### ODPOWIEDŹ

TAK.

#### PYTANIE

Pakiet nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę 6 warstwową , z nitką RTG oraz tasiemką, pakowaną w rękaw papierowo - foliowy?

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza serwetę 6 warstwową z nitką RTG ale bez tasiemki, pakowaną w podwójny rękaw.

#### PYTANIE

Pakiet nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści siatkę wykonaną z 100% polipropylenu, o rozmiarze 15x15cm?

Pakiet nr 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści siatkę wykonaną z 100% polipropylenu, o rozmiarze 15x20cm lub 20x20cm?

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### PYTANIE

Pakiet nr 13, pozycja 1

Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie a 50szt?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający ma na myśli opakowanie 50 szt.

Z poważaniem,  
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna