

Poznań, dnia 27.12.2011
EZ/9409/1/ 2011

Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 155/2011 Zakup i dostawa jednorazowych, sterylnych zestawów siatek do zabiegów ginekologicznych dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr I, 1. Systemy do korekcji zaburzeń statyki narządu rodno i leczenia nietrzymania moczu, poz. nr 1.1:

- 25 szt. taśm, materiał: polipropylen, monofilament, niewchłaniających, jednorodnych, elastycznych, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, porowatości średniej 1000 μm , porowatości max 1870 μm , gramaturze 48 g/m^2 , brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, systemy nie połączone z igłami, bez przewodnicy skrzydełkowej, oraz

- 2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralne, prawa i lewa, niepołączone z taśmami, do implantacji przez otwory zasłonowe ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga przewodnic skrzydełkowa tych ponieważ zwiększają one bezpieczeństwo zabiegów. Ponadto Zamawiający nie dopuszcza igieł wielorazowego użytku, ponieważ wymagają one dodatkowej sterylizacji. Zamawiający wymaga pełnego zestawu gotowego do natychmiastowego użycia.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr I, 1. Systemy do korekcji zaburzeń statyki narządu rodno i leczenia nietrzymania moczu, poz. nr 1.2:

- 3 szt. sterylna mini-taśma z monofilamentowego polipropylenu, wzmocniona, zakończona wąską końcówką w celu samozaczeplenia się w tkankach, o długości 6,6 cm, szerokości 1,1 cm i parametrach:

W części środkowej	Na końcach
grubość taśmy	
0,33 mm	0,54 mm
porowatość	
1000 μm	698 μm
gramatura	

48 g/m ²	175 g/m ² ?
---------------------	------------------------

Bez zaczepów powięziowych.

Taśma jest przeznaczona do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (SUD) typu I i II u kobiet z dostępem przedzasłonowego z pojedynczego nacięcia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga zaczepów powiekowych, ponieważ zwiększają one skuteczność zabiegów.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr I, 1. Systemy do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnoego i leczenia nietrzymania moczu, poz. nr 1.3:

- 25 szt. sterylna mini-taśma z monofilamentowego polipropylenu, wzmocniona, zakończona wąską końcówką w celu samo zaczepienia się w tkankach, o długości 6,6 cm, szerokości 1,1 cm i parametrach:

W części środkowej	Na końcach
grubość taśmy	
0,33 mm	0,54 mm
porowatość	
1000 μm	698 μm
gramatura	
48 g/m ²	175 g/m ² ?

Bez pętli w środkowej części, bez nici pozycjonujących, bez prowadnicy skrzydełkowej.

Taśma jest przeznaczona do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (SUI) typu I i II u kobiet z dostępem przedzasłonowego z pojedynczego nacięcia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga skrzydełkowatych prowadnic ponieważ zwiększają one bezpieczeństwo zabiegów. Ponadto podtrzymany zostaje wymóg długości taśmy- 12cm ze względu na specyfikę wykonywanych zabiegów

PYTANIE

Dotyczy Pakietu nr I, 1. Systemy do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnoego i leczenia nietrzymania moczu, 1.1, 1.2 oraz 1.3.

W razie nie wyrażenia zgody na którąkolwiek z pozycji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie i utworzenie z niej/ nich odrębnego Pakietu.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie niedopuszczonych pozycji z pakietu.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr I, 2. System do reperacji przepony moczowo-płciowej, 2.1:

- 3 szt. zestawów, składających się z: siatki jednorodnej, niewchłaniającej, o anatomicznym kształcie- trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką i siatki o anatomicznym kształcie- dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość 84 %, bez kaniul, oraz

- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w zestawów

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga zestawu z siatką jednorodną. Łączenie siatek zwiększa możliwość nawrotu choroby oraz objawów ubocznych- erozja wynikająca z nici niewchłanianych. Ponadto Zamawiający nie dopuszcza igieł wielorazowego użytku, ponieważ wymagają one dodatkowej sterylizacji. Zamawiający wymaga pełnego zestawu (sterylnego) gotowego do natychmiastowego użycia.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr I, 2. System do reperacji przepony moczowo-płciowej, 2.2:

- 1 szt. zestawów, składających się z: siatki jednorodnej, niewchłanianej, o anatomicznym kształcie- trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką i siatki o anatomicznym kształcie- dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość 84 %, bez kaniul, oraz
- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w zestawów

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga zestawu z siatką jednorodną. Łączenie siatek zwiększa możliwość nawrotu choroby oraz objawów ubocznych- erozja wynikająca z nici niewchłanianych. Ponadto Zamawiający nie dopuszcza igieł wielorazowego użytku, ponieważ wymagają one dodatkowej sterylizacji. Zamawiający wymaga pełnego zestawu (sterylnego) gotowego do natychmiastowego użycia.

Zamawiający wymaga w zestawie urządzenia VSC, ponieważ używane jest ono przy systemach podtrzymujących bez całkowitego przekłuwania.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr I, 2. System do reperacji przepony moczowo-płciowej, 2.3:

- 2 szt. zestawów, składających się z: siatki jednorodnej, niewchłanianej, o anatomicznym kształcie- trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką i siatki o anatomicznym kształcie- dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość 84 %, bez urządzenia do podtrzymywania pochwy VSD, bez balonu, bez strzykawki, zakładane przez nacięcia pochwy i wkłucia dodatkowe, oraz
- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w zestawów

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga zestawu z siatką jednorodną. Łączenie siatek zwiększa możliwość nawrotu choroby oraz objawów ubocznych- erozja wynikająca z nici niewchłanianych. Ponadto Zamawiający nie dopuszcza igieł wielorazowego użytku, ponieważ wymagają one dodatkowej sterylizacji. Zamawiający wymaga pełnego zestawu (sterylnego) gotowego do natychmiastowego użycia.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr I, 2. System do reperacji przepony moczowo-płciowej, 2.4:

- 50 szt. zestawów, składających się z: siatki jednorodnej, niewchłanianej, o anatomicznym kształcie trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, o

właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość 84 %, bez kaniul,
oraz

- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w zestawów

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga zestawu z siatką jednorodną. Łączenie siatek zwiększa możliwość nawrotu choroby oraz objawów ubocznych- erozja wynikająca z nici niewchłanianych. Ponad to Zamawiający nie dopuszcza igieł wielorazowego użytku, ponieważ wymagają one dodatkowej sterylizacji. Zamawiający wymaga pełnego zestawu (sterylnego) gotowego do natychmiastowego użycia.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr I, 2. System do reperacji przepony moczowopłciowej, 2.5:

- 5 szt. zestawów, składających się z: siatki jednorodnej, niewchłanianej, o anatomicznym kształcie trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość 84 %, bez kaniul,
oraz
- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w zestawów

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga zestawu z siatką jednorodną. Łączenie siatek zwiększa możliwość nawrotu choroby oraz objawów ubocznych- erozja wynikająca z nici niewchłanianych. Ponad to Zamawiający nie dopuszcza igieł wielorazowego użytku, ponieważ wymagają one dodatkowej sterylizacji. Zamawiający wymaga pełnego zestawu (sterylnego) gotowego do natychmiastowego użycia.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr I, 2. System do reperacji przepony moczowopłciowej, 2.6:

- 5 szt. zestawów, składających się z: siatki jednorodnej, niewchłanianej, o anatomicznym kształcie trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość 84 %, bez kaniul, bez urządzenia do podtrzymywania pochwy VSD, bez balonu, bez strzykawki, zakładane przez nacięcia pochwy i wkłucia dodatkowe,
oraz
- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w zestawów

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga zestawu z siatką jednorodną. Łączenie siatek zwiększa możliwość nawrotu choroby oraz objawów ubocznych- erozja wynikająca z nici niewchłanianych. Ponad to Zamawiający nie dopuszcza igieł wielorazowego użytku, ponieważ wymagają one dodatkowej sterylizacji. Zamawiający wymaga pełnego zestawu (sterylnego) gotowego do natychmiastowego użycia.

Zamawiający wymaga w zestawie urządzenia VSC, ponieważ używane jest ono przy systemach podtrzymujących bez całkowitego przekłuwania.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr I, 2. System do reperacji przepony moczowopłciowej, 2.7:

- 15 szt. zestawów, składających się z: siatki jednorodnej, niewchłanialnej, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość 84 %, długość 30 cm, wysokość implantu 12 cm, bez kaniul, oraz
- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w zestawów ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga zestawu z siatką jednorodną. Łączenie siatek zwiększa możliwość nawrotu choroby oraz objawów ubocznych- erozja wynikająca z nici niewchłanialnych. Ponad to Zamawiający nie dopuszcza igieł wielorazowego użytku, ponieważ wymagają one dodatkowej sterylizacji. Zamawiający wymaga pełnego zestawu (sterylnego) gotowego do natychmiastowego użycia.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr I, 2. System do reperacji przepony moczowopłciowej, 2.8:

- 5 szt. zestawów, składających się z: siatki jednorodnej, niewchłanialnej, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość 84 %, długość 30 cm, wysokość implantu 12 cm, bez kaniul, oraz
- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w zestawów ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga zestawu z siatką jednorodną. Łączenie siatek zwiększa możliwość nawrotu choroby oraz objawów ubocznych- erozja wynikająca z nici niewchłanialnych. Ponad to Zamawiający nie dopuszcza igieł wielorazowego użytku, ponieważ wymagają one dodatkowej sterylizacji. Zamawiający wymaga pełnego zestawu (sterylnego) gotowego do natychmiastowego użycia.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr I, 2. System do reperacji przepony moczowopłciowej, 2.9:

- 3 szt. zestawów, składających się z: siatki jednorodnej, niewchłanialnej, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość 84 %, długość 30 cm, wysokość implantu 12 cm, bez kaniul, bez urządzenia do podtrzymywania pochwy VSD, bez balonu, bez strzykawki, zakładane przez nacięcia pochwy i wkłucia dodatkowe, oraz
- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w zestawów ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga zestawu z siatką jednorodną. Łączenie siatek zwiększa możliwość nawrotu choroby oraz objawów ubocznych- erozja wynikająca z nici niewchłanialnych. Ponad to Zamawiający nie dopuszcza igieł wielorazowego użytku,

ponieważ wymagają one dodatkowej sterylizacji. Zamawiający wymaga pełnego zestawu (sterylnego) gotowego do natychmiastowego użycia. Zamawiający wymaga w zestawie urządzenia VSC, ponieważ używane jest ono przy systemach podtrzymujących bez całkowitego przekłuwania.

PYTANIE

Dotyczy Pakietu nr I, 2. System do reperacji przepony moczowo- płciowej, W razie nie wyrażenia zgody na którąkolwiek z pozycji, zwracamy się z prośbą o jej wydzielenie i utworzenie z niej/ nich odrębnego Pakietu.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie niedopuszczonych pozycji z pakietu, ponieważ stanowi integralną całość.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr I, 3. Jednorodna niewchłaniałna siatka do operacji ginekologicznych:

Siatkę, lekką, miękką, niewchłaniałną, monofilament, polipropylen, o dwukierunkowej elastyczności, grubość siatki 0,40 mm, porowatość średnia 1800 μm , porowatość max 2270 μm , gramatura 48,8 g/m², w rozmiarze:

- 30 x 30 cm (specyfikacja wymaga 25 x 25 cm),
- 10 x 15 cm ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza siatek o powyższych parametrach, ze względu na specyfikę prowadzonych w Wielkopolskim centrum Onkologii zabiegów.

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna