

Poznań, dn. 26.01.2012r

EZ/350/9/2012/562/1

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu.

Dotyczy przetargu nieograniczonego zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych

Nr 350/9/2012

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęły pytania do ww przetargu, na które Zamawiający udzielił poniższych odpowiedzi:

**Pytanie 1** Poz.nr 2

Czy zamawiający dopuszcza IGŁOTRZYMACZ TYP MASSON Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI NACIĘCIA KRZYŻOWE 0,5 MM DŁ. 270 MM RINGI ZŁOCONE ?

Odp. Tak

**Pytanie 2** Poz.nr 3

Czy zamawiający dopuszcza IGŁOTRZYMACZ TYP DE BAKEY Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI NACIĘCIA KRZYŻOWE 0,4 MM DŁ. 310 MM RINGI ZŁOCONE ?

Odp. Tak.

**Pytanie 3** Poz.nr 4

Czy zamawiający dopuszcza ŁYŻKĘ HAKA DO POWŁOK BRZUSZNYCH TYP SEMM 47 x 65 mm?

Odp. Tak.

**Pytanie 4** Poz. Nr 6

Czy zamawiający dopuszcza KLESZCZYKI JELITOWE ATRAUMATYCZNE TYP ALLIS PROSTE SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 6,2 MM DŁ. 150 MM?

Odp. Tak.

**Pytanie 5** Poz. Nr 8

Czy zamawiający dopuszcza KLESZCZE ZACISKOWE DO HISTEROKTOMII TYP HEANEY-BALLENTINE PROSTE DŁ. 210 MM ?

Odp. Tak.

**Pytanie 6** Poz. Nr 9

Czy zamawiający dopuszcza KLESZCZE ZACISKOWE DO HISTEROKTOMII TYP HEANEY-BALLENTINE PROSTE DŁ. 210 MM ?

Odp. Zamawiający modyfikuje opis kleszczy w pozycji 9 – kleszcze te winny być zakrzywione. Zamawiający dopuszcza długość 210mm.

**Pytanie 7** Poz. Nr 11

Czy zamawiający dopuszcza  
HAK OPERACYJNY TYP CUSHING, 15X22 MM DŁ 240 MM?

Odp. Tak.

**Pytanie 8** Poz. Nr 12

Czy zamawiający dopuszcza WZIERNIK POCHWOWY TYP BREISKY DŁ.350 MM ROZMIAR 155X40 MM ?

Odp. Zamawiający dopuszcza długość wziernika pochwowego typ BRISKY . Natomiast nie dopuszcza wielkości oferowanych łyżek – 155 x 40mm, ponieważ są za krótkie. Wymagana wielkość to 180 x 40mm.

**Pytanie 9** Poz. Nr 13

Czy zamawiający dopuszcza WZIERNIK POCHWOWY TYP COLLIN SZEROKOŚĆ ŁYŻKI 35 MM DŁ. 100 MM ?

Odp. Zamawiający wymaga wielkości łyżki 90 x 28mm dł. 100mm. Wykonawca proponuje łyżkę o wielkości 35mm, która jest za duża dla potrzeb Zamawiającego dla tego podtrzymuje swoje wymagania zawarte w siwz.

Zamawiający modyfikuje opis wziernika w poz. 13 na następujący:

***Wziernik pochwowy typ Collin 100/90x28mm***

**Pytanie 10.**Poz. Nr 17

Czy zamawiający dopuszcza  
KLESZCZYKI BIOPSYJNE TYP FAURE DŁ. 230 MM ?

Odp. Tak.

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści długość narzędzia również 270mm?

Odp. Tak.

**Pytanie 12**

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści narzędzie o szerokości wkładki 0,3mm oraz długości 310mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na długość narzędzia. Zamawiający nie określił szerokości wkładki. Określił natomiast nacięcia krzyżowe 0,4mm tj. dla nici o grubości od 4/0 – 6/0 i w związku z tym nie wyraża zgody na szerokość wkładki 0,3mm.

**Pytanie 13**

Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści również łyżkę haka o rozmiarze 47 x 65mm?

Odp. Tak.

**Pytanie 14**

Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści również łyżkę haka o rozmiarze 80 x 65mm?

Odp. Zamawiający posiada ramę typu TURNER-WARWICK. Hak 76 x 60mm jest uzupełnieniem haków do posiadanej ramy. Proponowana łyżka nie jest kompatybilna z wymienioną ramą , ponieważ posiada inny sposób zaczepienia.

**Pytanie 15**

Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści długość narzędzia również 160mm?

Odp. Tak.

**Pytanie 16**

Czy Zamawiający w poz. 8 i 9 dopuści również kleszcze o długości 210 mm?

Odp. Tak. Pod warunkiem ,że zgodnie ze zmodyfikowanym zapisem w poz. 9 będą kleszcze zakrzywione.

**Pytanie 17**

Czy Zamawiający w poz. 10 i 11 dopuści również hak o długości 240 mm?

Odp. Tak.

**Pytanie 18**

Czy Zamawiający w poz. 13 dopuści również szerokość łyżki 30 x 85mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ rozmiar łyżki wziernika pochwowego jest istotny, a łyżki o proponowanych wymiarach były przedmiotem oddzielnego postępowania.

**Pytanie 19**

Czy Zamawiający w poz. 17 dopuści również długość kleszczy 210mm?

Odp. Tak.

**Pytanie 20**

Czy Zamawiający dopuści narzędzie o identycznym wyglądzie, parametrach i zastosowaniu, nazwane przez producenta typ Douay?

Odp. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienie, której pozycji zał. 7 pytanie dotyczy i otrzymał odpowiedź, że pozycji 19.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

W dostępnym katalogu oferowane kleszczyki typ Dovay różnią się budową od zamawianych kleszczyków do biopsji typ LEECH-WILKINSON i w związku z tym nie dopuszcza tych kleszczyków.

Zamawiający modyfikuje zapisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w poniższych pozycjach:

Poz. 5 – Łopatka do powłok brzusznych o wymiarach 76x60mm z możliwością regulacji na ramce typ Turner-Warwick – 2 szt.

Poz. 9 Zacisk do histerotomii typ Heaney-Ballentine, zakrzywione 215mm – 2 szt.

Poz. 13. Wziernik pochwowy typ Collin 100/90x28mm – 15szt.

Poz. 14. Wziernik pochwowy typ Cusco 100/25-27mm – 10szt.

Powyższa modyfikacja powoduje zmianę treści ogłoszenia w związku z tym Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert z dnia 31.01.2012r na dzień **01.02.2012 r :**

**składanie ofert do godz. 10.00 i otwarcie ofert o godz. 11.00.**

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna