

Poznań, dnia 2012-02-02  
EZ/350/10/2012/1/...83....

**Wg rozdzielnika**  
**Do wszystkich zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego - Zakup i dostawa systemu do zatapiania materiału w parafinie. [350/10/2012]**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wplynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

**Pytanie nr I**

Dotyczy SIWZ, punkt III.1.: „*Uwaga: Należy załączyć oryginalne dane techniczne urządzenia – przedmiotu zamówienia (w formie wydruku).*”

**Czy Zamawiający przez powyższy zapis rozumie oryginalny folder producenta?**

**ODPOWIEDŹ:** Tak, oryginalny folder producenta.

**Pytanie nr II**

Dotyczy SIWZ, punkt III.1 5): „*wyników testów akceptacyjnych urządzenia potwierdzających zgodność jego parametrów technicznych ze specyfikacją producenta.*”

**Jaki dokument Zamawiający rozumie przez powyższy zapis? Czy Zamawiający ma na myśli podpisany przez użytkownika protokół zdawczo-odbiorczy?**

**ODPOWIEDŹ:** Tak, przyjmuje się, iż protokół zdawczo – odbiorczy będzie stanowił wynik testów akceptacyjnych urządzenia.

**Pytanie nr III**

Dotyczy załącznik nr II do SIWZ - „*Wymagania techniczne urządzenia*”, punkt 1: „*wysokość - od 30-40 cm.*”

**Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 29 cm?**

**ODPOWIEDŹ:** Tak.

**Pytanie nr IV**

Dotyczy załącznik nr II do SIWZ - „*Wymagania techniczne urządzenia*”, punkt 6.b): „*Schówek na materiały (na 80 do 120 kasetek: zakres temperatury: 55-70°C.*”

**Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające schowek na materiały o pojemności 3l (265 x 205 x 40 mm) pozwalający na przechowywanie około 150 luźno ułożonych kasetek?**

ODPOWIEDŹ: Tak, pod warunkiem, że całe urządzenie nie przekroczy wymiarów maksymalnych.

**Pytanie nr V**

Dotyczy załącznik nr II do SIWZ - „Wymagania techniczne urządzenia”, punkt 6.e):  
*„Regulowany dozownik parafiny obsługiwane przez panel dotykowy lub przez opcjonalny przełącznik nożny(sam przełącznik nożny mile widziany, ale nie wymagany).”*

**Czy Zamawiający dopuści urządzenie regulowany dozownik parafiny obsługiwany przez czujnik zbliżeniowy?**

ODPOWIEDŹ: Tak.

Z poważaniem,  
z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna