

Poznań, dnia 2012-02-03  
EZ/350/10/2012/2/...85....

**Wg rozdzielnika**  
**Do wszystkich zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego - Zakup i dostawa systemu do zatapiania materiału w parafinie. [350/10/2012]**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

**Pytanie**

Dotyczy załącznik nr II do SIWZ - „Wymagania techniczne urządzenia”, punkt 7.a):  
„Pincety elektryczne podgrzewane (końcówki szerokości 2mm)”

**Czy Zamawiający dopuści pincetę elektryczną podgrzewaną ze standardową końcówką o szerokości 1 mm ?**

**ODPOWIEDŹ:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza - końcówki o szerokości 1 mm są za małe.

Z poważaniem,  
z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna