

Poznań, dnia 2012-02-06
EZ/350/10/2012/3/...89....

Wg rozdzielnika
Do wszystkich zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne

Dotyczy: przetargu nieograniczonego - Zakup i dostawa systemu do zatapiania materiału w parafinie. [350/10/2012]

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

Pytania

- 1) Czy Zamawiający mógłby określić wymiary urządzenia z tolerancją wynoszącą np. 5%? Tak szczegółowe zawężenie rozmiarów urządzenia pozwoli złożyć ofertę tylko jednej firmie oferującej konkretne urządzenie mieszczące się w podanym zakresie. Natomiast podanie zakresu tolerancji przy konkretnym rozmiarze (długość/głębokość/wysokość) – np. wysokość 30-40 cm +/- 5% pozwoli na złożenie większej ilości ofert, podniesie ich konkurencyjność, a co za tym idzie na wybór najbardziej korzystnego dla Zamawiającego urządzenia.
- 2) Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wyspecyfikowanych parametrach, ale o wysokości 41 cm?

ODPOWIEDZI:

1. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowej tolerancji rozmiarów urządzenia o 5%. Podane w SIWZ wymiary nie są ściśle określone - restrykcyjne i nie jest prawdą, że tylko jedna maszyna pasuje do wymogów specyfikacji. Według wiedzy Zamawiającego, poprzez wprowadzenie opisu w określonych wymiarach [tj. dł.60-125cm, gł.50-65cm, wys.30-40cm] Zamawiający umożliwił złożenie oferty różnym podmiotom.
2. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyższe urządzenie. Aby umieścić wyższe urządzenie, wymagane byłoby przemeblowanie pomieszczenia. Gabaryty lokalowe nie pozwalają na powyższe czynności.

Z poważaniem,
z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna