

Poznań, dnia 2012-02-0
EZ/350/10/2012/4/...111....

Wg rozdzielnika
Do wszystkich zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne

Dotyczy: przetargu nieograniczonego - Zakup i dostawa systemu do zatapiania materiału w parafinie. [350/10/2012]

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

Pytanie

- 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu dostawy urządzenia na 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź

Tak, dopuszcza się termin realizacji - maksymalnie do 8 tygodni od daty podpisania umowy

Z poważaniem,
z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna