

Poznań, dn. 09.02.2012r

EZ/350/14/2012/120

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu.

Dotyczy przetargu nieograniczonego zakup i dostawa implantów piersi i expanderów

Nr 350/14/2012

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęły pytania do wymienionego w tytule przetargu, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Prosimy o wydzielenie z Przedmiotu Zamówienia pozycji nr 1 i 3 oraz utworzenie z nich osobnego pakietu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1 i 3 i utworzenie z nich nowego pakietu ze względu na to, że musi być **zapewniona spójność expanderów i protez - w jednym systemie, z jednej firmy, dopasowane rozmiarowo.**

**Pytanie 2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji 4 i 6 i utworzenia odrębnego pakietu na wyżej wymienione pozycje. Spowoduje to możliwość przystąpienia do przetargu większej liczby oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska korzystniejszą cenę za przedmiot zamówienia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Warunkiem zamówienia jest posiadanie expanderów i implantów, jak również protez pokrytych pianką mikropoliuretanową w jednym zestawie z expanderem, produkowanych przez tę samą firmę ze względu na to, że musi być **zapewniona spójność expanderów i protez - w jednym systemie, z jednej firmy, dopasowane rozmiarowo.**

Pytanie 3 Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 i 6 implanty piersi wypełnione żelam silikonowym o powierzchni teksturowanej bez gąbki poliuretanowej.

Odp. Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i wymaga w poz. 4 i 6 implantów piersi wypełnionych żelam silikonowym o powierzchni z gąbki mikropoliuretanowej. Implanty o powierzchni teksturowanej są wymagane w poz. 1, 2 i 3 zał. nr 2 Formularza cenowego.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna