

Poznań, dn. 09.02.2012r

EZ/350/17/2012/123

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu.

Dotyczy przetargu nieograniczonego zakup i dostawę sprzętu medycznego sterylne  
jednorazowego użytku – trokarów.

Nr 350/17/2012

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęły pytania do ww przetargu,  
na które Zamawiający udzielił poniższych odpowiedzi:

**Pytanie 1** *Prosimy o dodanie w umowie w § 3 zapisu*

*„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”*

*Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia  
znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.*

**Pytanie 2** *Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 3 ust. 10*

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w wymaganym terminie, wskazanym w ust. 4 pkt a) niniejszego paragrafu (..... dni roboczych od momentu złożenia zamówienia faxem lub telefonicznie) zamówionych Materiałów szewnych, zobowiązany będzie zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą równowartość różnicy pomiędzy ceną zakupu zamówionych i niedostarczonych w terminie przez Wykonawcę Materiałów szewnych u innego dostawcy, a ceną oferowaną przez Wykonawcę – taki zakup zwany będzie w dalszej części niniejszej umowy „Zakupem Interwencyjnym”. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty wskazanej kwoty w **terminie 30dni** kalendarzowych od dnia otrzymania kopii faktury potwierdzającej dokonanie przez Zamawiającego Zakupu Interwencyjnego.

**Pytanie 3** *Prosimy o zmianę na zapisie umowy § 3 ust. 17*

W przypadku odrzucenia reklamacji Zamawiający ma prawo wystąpić do właściwego organu, urzędu lub innej instytucji, w celu uzyskania ekspertyzy w zakresie jakości i właściwości Sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę oraz ich zgodności z wymogami przewidzianymi przepisami prawa oraz określonymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 4 Prosimy o zmianę na zapisie umowy § 3 ust. 18**

Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia **wadliwego** dostarczonego Sprzętu i żądania ich wymiany na Sprzęt wolny od wad w przypadku:

- a. dostarczenia Sprzętu niewłaściwej jakości lub niezgodnego z wymogami, o których mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu,
- b. dostarczenia Sprzętu niezgodnego z zapotrzebowaniem lub zamówieniem.

**Pytanie 5 Prosimy o wykreślenie z zapisu umowy § 3 ust. 19**

**Pytanie 6 Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 6 ust. 3**

„Zamawiający ma prawo wykonywać potrącenia kar umownych niniejszej umowy z wierzytelności wzajemnych, tylko w przypadku, gdy zostały one naliczone zgodnie umową oraz zatwierdzone w formie pisemnej przez obie strony” (chodzi mi o potwierdzenie podpisem not korygujących za kary umowne)

**Pytanie 7 Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 6 ust. 6**

Kary umowne wynikające z postanowień niniejszej umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w **terminie 30 dni** od daty wezwania Wykonawcy do ich zapłaty.

**Pytanie 8 Prosimy o wykreślenie z zapisu umowy § 9**

**Odpowiedź dotyczy pytań od nr 1 do nr 8.**

Zamawiający nie wyraża zgody na ich wprowadzenie, w związku z czym projekt umowy pozostaje bez zmian.

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 w poz. 1.1 jednorazowy trokar o średnicy 11mm z ożebrowaną (żłobioną) kaniulą o długości 100 mm, automatyczną bezobsługową uszczelką 5-11 mm. Trokar posiada bezpieczny, plastikowy, optyczny obturator (typu separator) umożliwiający wprowadzenie trokara pod kontrolą kamery. Trokar posiada jednodrożny, płynny zawór gazowy, pozwalający na umiejscowienie go w trzech pozycjach.

**Odp.** Trokary wprowadzane pod kontrolą kamery były przedmiotem odrębnego postępowania ( umowa w trakcie realizacji) i w związku z tym nie dopuszcza sprzętu z powyższymi parametrami.

**Pytanie 10**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 w poz. 1.2 jednorazowy trokar o średnicy 5 mm z ożebrowaną (żłobioną) kaniulą o długości 100 mm. Trokar posiada bezpieczny, plastikowy, optyczny obturator (typu separator) umożliwiający wprowadzenie trokara pod kontrolą kamery. Trokar posiada jednodrożny, płynny zawór gazowy, pozwalający na umiejscowienie go w trzech pozycjach.

**Odp.** Trokary wprowadzane pod kontrolą kamery były przedmiotem odrębnego postępowania ( umowa w trakcie realizacji) i w związku z tym nie dopuszcza sprzętu z powyższymi parametrami.

### **Pytanie 11**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 w poz. 1.3 jednorazowy trokar o średnicy 12 mm z ożebrowaną (żłobioną) kaniulą o długości 100 mm, automatyczną bezobsługową uszczelką 5-12 mm. Trokar posiada bezpieczny, plastikowy, optyczny obturator (typu separator) umożliwiający wprowadzenie trokara pod kontrolą kamery. Trokar posiada jednodrożny, płynny zawór gazowy, pozwalający na umiejscowienie go w trzech pozycjach.

Odp. Trokary wprowadzane pod kontrolą kamery były przedmiotem odrębnego postępowania ( umowa w trakcie realizacji) i w związku z tym nie dopuszcza sprzętu z powyższymi parametrami.

### **Pytanie 12**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 3 w poz. 1 klipsownicy automatyczną o średnicy trzonu 5 mm ze zintegrowanym ładunkiem 20 klipsów. Rozmiar klipsów ML, wielkość klipsów po zamknięciu 8.8 mm.

W przypadku wyrażenia zgody na powyższe prosimy o wydzielenie i utworzenie osobnego pakietu dla tego produktu.

Odp. Długość klipsa ma istotne znaczenie, zwłaszcza dla klipsownicy o średnicy 5mm, dlatego Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. W związku z tym nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1 z pakietu III.

### **Pytanie 13 . Pytanie do pakietu I pozycja 1.1**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz. 1.1 trokar jednorazowy o średnicy 10 - 11mm z ożebrowaną przezroczystą kaniulą długości 100 mm z bezobsługową uszczelką 4 -11, z metalowym grotem zabezpieczonym ruchomą osłoną, z kranikiem w którym przepływ gazu steruje się suwakiem?

### **Pytanie 14 .Pytanie do pakietu I pozycja 1.2**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz. 1.2 trokar jednorazowy o średnicy 5 mm z ożebrowaną przezroczystą kaniulą długości 100 mm , z metalowym grotem zabezpieczonym ruchomą osłoną, z kranikiem w którym przepływ gazu steruje się suwakiem?

### **Pytanie 15 .Pytanie do pakietu I pozycja 1.3**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz. 1.3 trokar jednorazowy o średnicy 5 -12mm z ożebrowaną przezroczystą kaniulą długości 100 mm z bezobsługową uszczelką 5 -12, z metalowym grotem zabezpieczonym ruchomą osłoną, z kranikiem w którym przepływ gazu steruje się suwakiem?

### **Odpowiedź na pytania 13 do 15**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych trokarów ponieważ wymaga trokarów bezostrzowych z separatorem tkankowym. Ponadto trokary muszą być wykonane w całości z tworzywa, gdyż podczas specjalistycznych zabiegów, w których używana jest elektrochirurgia taki sprzęt eliminuje wystąpienie przepięcia i tym samym wyklucza ryzyko poparzenia pacjenta prądem.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. J.Jerzy Mazurek