

Poznań, dnia 30.05.2008 r.

EZ/....3179...../2008

**wg rozdzielnika:
Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne**

dotyczy: przetargu nieograniczonego 53/2008 urzędnia, meble i sprzęty
medyczne

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęło kolejne pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi

PYT:.. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko, w którym segment oparcia pleców i segment oparcia uda realizowany jest za pomocą dwóch różnych dźwigni? Jedna z dźwigni umieszczona jest w segmencie oparcia pleców od strony głowy druga usytuowana jest na segmencie uda. Rozwiązanie to umożliwia samodzielną zmianę położenia oparcia pleców i uda przez pacjenta bez konieczności angażowania personelu.

ODPOWIEDŹ:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, ale tylko pod warunkiem, że możliwa będzie samodzielna obsługa łożka przez pacjenta. W przypadku niedochowania tych wymogów zamawiający będzie miał podstawę do zwrócenia towaru.

Z poważaniem,