

Poznań, dnia 16.05.2008 r.

EZ/.....2906...../2008

wg rozdzielnika:

Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne

dotyczy: przetargu nieograniczonego 53/2008 urządzenia, meble i sprzęty medyczne

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

PYTANIA:

1. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr przenośny spełniający wymogi siwz, o częstotliwości pulsu 20-250 ud./min; dokładności pulsu w zakresie 20-250 +/-2cyfry; zasilany za pomocą 4 ogniw AA,; o temp. roboczej 5-40 st.C, wilgotności 15-95%; wymiarach 7,3-15,8-3,5 cm; masie 290g ?
2. Czy w poz 9 Zamawiający oczekuje żeby aparat posiadał obudowę /etui umożliwiające jego zawieszenie np: na pasku od spodni?
3. Czy w zestawie z pulsoksymetrem ma być zaferowany czujnik do saturacji na palec wielorazowego użytku dla dorosłych?

ODPOWIEDZI:

Ad.1 Tak.

Ad.2. Zamawiający dopuszcza do aparatu jako wyposażenie etui z możliwością zawieszenia na pasku, jednakże sam aparat musi także posiadać taką obudowę, aby możliwe było zawieszenie samego aparatu bez etui na pasku.

Ad.3. Tak

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

