

Poznań, dnia 05.03.2012r

EZ/350/23/2012/1/259

Wykonawcy wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nr 350/23/2012 na zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku do hodowli komórkowej i diagnostyki oraz zestaw pipet automatycznych.

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęły pytania do ww przetargu na które Zamawiający udzielił niżej podanych odpowiedzi:

**Dotyczy - pakiet 1:**

**Pytanie 1** Poz. 5:

Czy zamawiający zaakceptuje w pozycji 5 końcówki o pojemności w zakresie 1-40ul?

Odp. TAK

**Pytanie 2** Poz. 8 i 9:

Czy zamawiający zaakceptuje w pozycji 8 i 9 końcówki o pojemności w zakresie 0,1-10ul?

Odp. TAK

**Pytanie 3** Poz. 11.

Czy zamawiający zaakceptuje w pozycji 11 probówki 15ml o maksymalnej prędkości wirowania 17 000 RCF?

Odp. TAK

**Pytanie 4** Poz. 13.

Czy zamawiający zaakceptuje w pozycji 11 probówki 2ml o maksymalnej prędkości wirowania 20 000 RCF?

Odp. TAK

**Pytanie 5** Poz. 17.

Czy zamawiający zaakceptuje w pozycji 17 krioprobówki 2ml o średnicy 12.5mm?

Odp. **NIE - PROBÓWKI O WIĘKSZEJ ŚREDNICY NIE MIESZCZĄ SIĘ W PUDEŁKA UŻYWANE DO PRZECHOWANIA PREPARATÓW**

**Pytanie 6** Poz. 37:

Czy zamawiający zaakceptuje w pozycji 37 końcówki do pipet Eppendorf o pojemności 2-200ul?

**Odp. TAK - POD WARUNKIEM, ŻE BĘDĄ KOMPATYBILNE Z PIPETĄ TYPU EPPENDORF RESEARCH O POJEMNOŚCI 2-20 I 10-100 MIKROLITRÓW POD RYGOREM WYMIANY TOWARU**

**Pytanie 7** Poz. 38.

Czy zamawiający zaakceptuje w pozycji 38 końcówki z filtrem do pipet Eppendorf o pojemności 1-40ul?

**Odp. TAK - POD WARUNKIEM, ŻE BĘDĄ KOMPATYBILNE Z PIPETĄ TYPU EPPENDORF RESEARCH O POJEMNOŚCI 2-20 I 10-100 MIKROLITRÓW POD RYGOREM WYMIANY TOWARU**

**Pytanie 8** Poz. 39.

Czy zamawiający zaakceptuje w pozycji 39 końcówki z filtrem do pipet Eppendorf o pojemności 0.1-10ul ?

**Odp. TAK - POD WARUNKIEM, ŻE BĘDĄ KOMPATYBILNE Z PIPETĄ TYPU EPPENDORF RESEARCH O POJEMNOŚCI 2-20 I 10-100 MIKROLITRÓW POD RYGOREM WYMIANY TOWARU**

**Pytanie 9** Poz. 47.

Czy zamawiający zaakceptuje w pozycji 47 folie aluminiową do płytek PCR w zakresie temperatury od -80C do +120C?

**Odp. TAK**

**Pytanie 10** Poz. 50.

Czy zamawiający zaakceptuje w pozycji 50 szkiełka nakrywkowe o wymiarach 22x32mm?

**Odp. TAK**

**Pytanie 11** Poz. 55:

Czy zamawiający zaakceptuje w pozycji 55 probówki nieprzezroczyste 2ml o maksymalnej prędkości wirowania 20 000 RCF?

**Odp. TAK**

**Pytanie 12**

Proszę o informację czy w pozycji 15 użytkownik zaakceptuje próbówki w stripach po 8szt. z płaskim wieczkiem w oddzielnym stripie?

**Odp. Nie.** Nie wyraża zgody, bo to jest zupełnie inny typ naczyń: w pkt 15 wymagane są pojedyncze probówki.

**Pytanie 13**

Proszę o informację odnośnie ściereczek w pozycji 54 - pakowane po 300szt. - podają Państwo ilość 100 - czy chodzi tutaj o 100 opakowań po 300szt.?

**Odp.** Zamawiający doprecyzowuje zapis w poz. 54 – chodzi o 100 opakowań po 300 sztuk każde opakowanie.

Zamawiający informuje, iż w związku z przygotowaniem odpowiedzi na pytania dotyczące wyłączeń z pakietu 1 pozycji i utworzenie z nich nowego pakietu przesuwają się termin składania i otwarcia ofert z dnia 07.03.2012 r na dzień **09.03.2012r, składanie ofert do godz. 9.00 i otwarcie ofert o godz. 10.00.**

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna