

Poznań, dnia 2012-04-02  
EZ/350/35/2012/2/...441...

**Wg rozdzielnika**  
**Do wszystkich zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne**

**Dotyczy: Zakup i dostawa pojemników na odpady medyczne. [350/35/2012]**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi, ponadto modyfikujemy specyfikację oraz dokonujemy zmian terminów postępowania.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:**

Pytanie 1 pakiet 2; czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie pojemników o pojemności 1l o wymiarach 10,8 x 11,4 cm i wysokości 15,9 cm?

Odpowiedź: Tak.

**MODYFIKACJA SPECYFIKACJI.**

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów specyfikacji w załączniku nr 7 w zakresie wymiarów i pojemności.

**Jest: Pakiet nr 2.**

Pojemnik flebotomijny o pojemności 0,5l do zużytego sprzętu flebotomijnego j. użytku z przezroczystymi klapkami zamykanymi na trwałe blokady, trzy otwory wlotowe.

Z uwagi na konieczność nałożenia pojemnika na uchwyt zamontowany przy wózkach anestezjologicznych - /wyposażenie Bloku Operacyjnego/ zamawiający wymaga wymiaru ok 8x8 cm / + - 0,5 cm/.

Wysokość pojemnika ok. 16 cm /+ -1 cm/.

W ilości 3600 sztuk

**Winno być: Pakiet nr 2.**

Pojemnik flebotomijny o pojemności 1 l do zużytego sprzętu flebotomijnego, j. użytku z przezroczystymi klapkami zamykanymi na trwałe blokady, trzy otwory wlotowe.

Z uwagi na konieczność nałożenia pojemnika na uchwyt zamontowany przy wózkach anestetycznych /wyposażenie Bloku Operacyjnego/ zamawiający wymaga wymiaru ok 10,8 cm x ok. 11,4 cm (+/- 0,5 cm).

Wysokość pojemnika ok. 16 cm (+/- 1 cm).

W ilości 3600 sztuk

### **ZMIANA TERMINÓW.**

Z uwagi na wprowadzone zmiany ustala się nowe terminy przetargowe:

**Termin składania ofert do dnia 10.04.2012 r. do godz. 9.00**

**Termin otwarcia ofert w dniu 10.04.2012 r. o godz. 10.00**

Z poważaniem,  
z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna