

Poznań, dnia 27-05-2008
EZ/...3105...../ 2008

**wg rozdzielnika:
do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne.**

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 45/2008 – myjnia do endoskopów.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

TREŚĆ PYTAŃ:

1. Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię, w której temperatura dezynfekcji wynosi 45°C? Dezynfekcja przeprowadzona w oferowanej przez nas myjni jest optymalnie bezpieczna dla endoskopu i najbardziej efektywna. Potwierdzają to producenci endoskopów giętkich w instrukcjach obsługi załączanych do endoskopów gdzie podają temperatury dezynfekcji w zakresie od 30°C do max. 60°C. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie.
2. Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, w którym można reprocessować (mycie i dezynfekcja) jeden endoskop elastyczny w specjalnie do tego celu przeznaczonych i wyprofilowanych ergonomicznych komorach? Oferowane przez nas urządzenie posiada unikalny system mycia i dezynfekcji, co wiąże się z bardzo krótkim czasem mycia i dezynfekcji do 20 min. podstawowego cyklu. Urządzenia oferowane przez inne firmy dostępne na rynku na mycie i dezynfekcję dwóch gastrokopów potrzebują średnio ok. 45 minut pełnego cyklu, co po zsumowaniu daje oferowanemu przez nas urządzeniu porównywalną „wydajność”. Związane to jest również z pełną walidacją procesu i zapobieganiem kroskontaminacji, co jest podyktowane normą ISO EN 15883 - 4. W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o prawne i merytoryczne uzasadnienie.
3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu opisanego w pkt. 19 w zał. nr 6 tj. czy dopuści myjkę bez możliwości przystosowania urządzenia do pracy ze środkami aldehydowymi – glutaraldehydem?

ODPOWIEDZI:

Ad 1. TAK.

Ad 2. NIE, nie dopuszcza się. Uzasadnienie: w/w postępowanie przetargowe dotyczy myjni na dwa endoskopy, a nie na dwie myjnie po jednym endoskopie – jakkolwiek macie Państwo rację, że w wielu sytuacjach jest wygodniejsze używanie dwóch niezależnych myjni (posiadamy taki zestaw), niestety nie mamy już odpowiedniej ilości wolnego miejsca na takie rozwiązanie, dlatego ogłosiliśmy przetarg na taki, a nie inny rodzaj myjni.

Ad 3. TAK, Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną myjkę bez możliwości przystosowania urządzenia do pracy ze środkami aldehydowymi.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna