

Poznań, dn. 16.04.2012r

EZ/350/44/2012/1/498

Wg rozdzielnika

Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/44/2012 na zakup i dostawę systemu do archiwizacji szkiełek mikroskopowych.

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęło pytanie do ww przetargu, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie systemu do archiwizacji preparatów mikroskopowych o następujących parametrach:

- wymiary całkowite pojedynczego systemu (podstawa + pokrywa + 9 modułów) 490 x 490 x 1345 mm (szer. x głęb. x wys. )

- wymiary pojedynczego modułu - 490 x 490 x 140 mm

- pojedynczy moduł wyposażony w 14 szuflad do archiwizacji szkiełek mikroskopowych, każdy o pojemności około 5.000 szkiełek - pojemność całkowita pojedynczego systemu - 45.000 szkiełek

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i na mocy art. 38 ust. modyfikuje siwz w załączniku nr 7 w pkt. 6 - poprzez zmianę jego treści:

Jest

6. pojemność kaset powinna umożliwić przechowywanie w szafie ok. 6000 szkiełek mikroskopowych

**Zapis po modyfikacji:**

**6. pojemność kaset powinna umożliwić przechowywanie w szafie ok. 5000 szkiełek mikroskopowych**

Z poważaniem

Z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna