

Poznań, dn. 11.05.2012 r

EZ/ 350/54/2012/3/631

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne  
nr EZ/ 350/54/2012na dostawę i montaż mebli i sprzętu medycznego do pomieszczeń  
Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęły pytania so siwz podanego w tytule przetargu, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający w w pakiecie nr 5- stojak medyczny- dopuści do zaferowania stojak w całości wykonany ze stali nierdzewnej?  
Odp. Tak, dopuszcza.
2. Czy Zamawiający w w pakiecie nr 5- stojak medyczny- dopuści do zaferowania stojak na podstawie wykonanej ze stali nierdzewnej o średnicy 56 cm?  
Odp. Tak, dopuszcza.
3. Czy Zamawiający w w pakiecie nr 7- stojak do kroplówek- dopuści do zaferowania stojak w całości wykonany ze stali nierdzewnej?  
Odp. Tak, dopuszcza.
4. Czy Zamawiający w w pakiecie nr 7- stojak do kroplówek - dopuści do zaferowania stojak na podstawie wykonanej ze stali nierdzewnej o średnicy 56 cm?  
Odp. Tak, dopuszcza.
5. Czy Zamawiający w w pakiecie nr 7- stojak do kroplówek - dopuści do zaferowania stojak o zakresie wysokości 120-215 cm?  
Odp. Tak, dopuszcza.
6. Czy Zamawiający w w pakiecie nr 8- szafka ze stali nierdzewnej - dopuści do zaferowania szafę o wymiarach 400x450x1800 mm ( dł x gł x wys)?  
Odp. Nie, ponieważ wymiary podane w siwz są wymiarami optymalnymi dla pomieszczenia do którego jest przewidziana.
7. Czy Zamawiający w w pakiecie nr 9- taborety medyczne- dopuści do zaferowania taboret o regulacji wysokości w zakresie 49-63 cm?

Odp. Nie, ponieważ jest to zbyt mały zakres regulacji wysokości, Zamawiający podtrzymuje wymogi podane siwz.

8. Czy Zamawiający w w pakiecie nr 9- taborety medyczne- dopuści do zaoferowania taboret z oparciem w kształcie półksiężyca o wymiarach 10x40 cm?

Odp. Tak, dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel do wkluc dożylnych wykonany z profili stalowych pokrytych farbą elektrostatyczną ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

10. Czy Zamawiający dopuści do przetargu taborety medyczne z oparciem o następujących parametrach:

- ▲ obrotowy fotel lekarski wyposażony w gazową regulację wysokości, sterowaną za pomocą przycisku nożnego, naciśnięcie go podczas siedzenia na fotelu powoduje obniżenie wysokości, natomiast gdy fotel jest nie obciążony zwiększa swoją wysokość.
- ▲ regulacja oparcia: pod oparciem znajdują się dwa pokrętła: prawe, służy do regulacji wysokości oparcia, natomiast lewe, do regulacji kąta nachylenia.
- ▲ regulacja wysokość siedziska: 510mm ~ 670mm
- ▲ regulacja wysokości oparcia: 90mm w górę/dół
- ▲ regulacja kąta nachylenia oparcia: 90° - 115°
- ▲ tapicerka antybakteryjna, sztuczna skóra, bezszwowa

Odp. Zamawiający nie dopuszcza regulacji wysokości siedziska zaproponowany przez Wykonawcę, ponieważ jest niewystarczająca dla Zamawiającego i podtrzymuje wymóg podany w siwz; Pozostałe parametry zamawiający dopuszcza.

11. Pakiet 1

Czy szafa może mieć wymiar 1990x1200x435 mm ?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

12. Pakiet 1 Czy nadstawka może mieć wymiar 465x1200x436 mm ?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

13. Pakiet 1 Czy szafy mogą być w zbliżonym kolorze do Ral 9006 a mianowicie RAL 7035, ewentualnie RAL 7032 ?

Odp. Zamawiający pismem nr EZ/350/54/2012/1/612 z dnia 09.05.2012r dokonał modyfikacji zapisu w tym pakiecie i w związku z tym zgodnie z pkt. III. 1. 5 wyboru koloru mebli dokona po podpisaniu umowy.

14. Pakiet 2

Czy szafy mogą mieć wymiar 1990x1200x435 mm ?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

15. Czy Zamawiający dopuści fotel o podstawie metalowej chromowanej pięcioramiennej?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

16. PAKIET NR 9 TABORETY MEDYCZNE

Czy Zamawiający dopuści taboret o podstawie pięcioramiennej na stopkach?

Odp. Nie , wymagane są koła z blokadą.

17. PAKIET NR 9 TABORETY MEDYCZNE

Czy Zamawiający dopuści taboret na kołach bez blokady?

Odp. Nie , Wymagane są koła z blokadą.

18. PAKIET NR 9 TABORETY MEDYCZNE

Czy Zamawiający dopuści taboret o innym wymiarze niż podany w specyfikacji?

Odp. Zaoferowany taboret winien być zgodny z zapisami zawartymi w siwz i odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego na pytanie nr 10.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej - Sarna